MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel.: 22 47 35 300 faks: 22 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO W ROKU 2025

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

UL. BURSZTYNOWA 2 04-749 WARSZAWA

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. (Dz. U.2026r. poz. 1) art. 32c pkt.2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na :

- uruchomieniu pracowni izotopowej klasy II, stosowaniu źródeł promieniotwórczych ,w tym zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki i leczenia – Zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki nr D – 15631 z dnia 18.05.2005r , Aneks nr 1 z dnia 03.11.2015r , Aneks nr 2 z dnia 15.12.2016r
- przechowywaniu odpadów promieniotwórczych powstałych w pracowni izotopowej klasy II – zezwolenie Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki nr D – 20053 z dnia 15.12.2016r
- uruchomienie pracowni Endoskopowej z aparatem rentgenowskim typu ramie C – zezwolenie PWISwW DE OHR/01494/2024
- uruchomienie pracowni Angiografii I Hemodynamiki z aparatem rentgenowskim typu ramie C – zezwolenie PWISwW DE OHR/01141/2023 oraz DE OHR/01400/2024
- uruchomienie pracowni CT z aparatem rentgenowskim tomograf komputerowy – zezwolenie PWISwW DE OHR/02924/2019
- uruchomienie pracowni radiologii z aparatami rentgenowskimi i mammografem – zezwolenia PWISwW DE OHR/02752/2019 , DE OHR/01785/2021 , DE OHR/00049/2018
- aparaty rentgenowskie przyłóżkowe – zezwolenie PWISwW DE OHR00104/2021, DE OHR/02132/2020, DE OHR/02014/2020
- aparaty rentgenowskie oddział SOR – zezwolenie PWISwW -DE OHR/02479/2018
- aparaty rentgenowskie typ ramie C na blokach operacyjnych – zezwolenie PWISwW DE OHR/ 00293/2018 , DE OHR/131/2007 , DE OHR/02957/2017

Kierownik jednostki zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą , żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników oraz osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Pracownicy jednostki w zakresie wymienionej działalności zostali zakwalifikowani do kat. B narażenia na promieniowanie jonizujące. Kontrola narażenia jest systematycznie prowadzona na podstawie pomiaru dawek indywidualnych. Narażenie osób z ogółu ludności jest kontrolowane na podstawie pomiarów środowiskowych.

Postępowanie ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie wynikającymi z ustawy Prawo Atomowe.

Z uzyskanych wyników pomiarów dozymetrycznych wynika że wyżej opisana działalność Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w okresie 2025 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
MSSW typ IOR-3

mgr inż. Joanna Szychiewicz
Decyzja Nr IOR/66/2024

Inspektor Ochrony Radiologicznej
mgr Katarzyna Wlazło

Akceptuję
Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa
02.06.2026 r.
mgr Sylwia Bartnicka