

Bydgoszcz, dnia 28.08.2020r.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
zaopatrzenie@mssw.pl

dot: Zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn. zm.) w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, którego beneficjentem jest Województwo Mazowieckie, na zakup wózka medycznego 13 szt.

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do ww. ogłoszenia zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie:

dot. projekt umowy

dot. §2 ust2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie z projektu umowy §2 ust2 zapisu „a także konfigurację systemu” jak bezprzedmiotowe w zakresie dostawy wózków medycznych.

Ad.Zamawiający uwzględni usunięcie zapisu

dot. §2 ust2 oraz formularz ogólny oferty, pkt. II.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta wózek medyczny nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

Ad. Zamawiający uwzględni usunięcie zapisu

dot. formularz ogólny oferty, pkt. II.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu i instalacji. Przedmiot zamówienia, jakim są wózki medyczne, dostarczane są w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymagają instalacji i montażu w siedzibie Zamawiającego. Pragniemy również nadmienić iż obecnie panująca sytuacja epidemiczna, ze względu na którą ograniczona została znacznie możliwość poruszania się, wyklucza bezpośrednie kontakty.

Ad.Zamawiający odstąpi od zapisu instalacji i montażu, warunek urządzenie musi być dostarczone złożone

dot. parametry urządzenia

1. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny z 5 szufladami, w tym:
 - 2 szuflady – 97 mm (głębokość)
 - 1 szuflada – 156 mm (głębokość)
 - 2 szuflady – 175 mm (głębokość)**Ad. Dopuszczony**
2. Czy Zamawiający dopuści wózek na kołach o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą?
Ad.Dopuszczony
3. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego górna półka (blat) wykonany jest ze stali malowanej proszkowo?
Ad. Nie dopuszczone

Z poważaniem
Daniela Ponichtera
Specjalista ds. Sprzedaży