

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego
dot. projekt umowy

dot. §2 ust2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie z projektu umowy §2 ust2 zapisu „a także konfigurację systemu” jak bezprzedmiotowe w zakresie dostawy wózków medycznych.

Ad.Zamawiający uwzględni usunięcie zapisu

dot. §2 ust2 oraz formularz ogólny oferty, pkt. II.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta wózki medyczne nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

Ad. Zamawiający uwzględni usunięcie zapisu

dot. formularz ogólny oferty, pkt. II.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu i instalacji. Przedmiot zamówienia, jakim są wózki medyczne, dostarczane są w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymagają instalacji i montażu w siedzibie Zamawiającego. Pragniemy również nadmienić iż obecnie panująca sytuacja epidemiczna, ze względu na którą ograniczona została znacznie możliwość poruszania się, wyklucza bezpośrednie kontakty.

Ad.Zamawiający odstąpi od zapisu instalacji i montażu, warunek urządzenie musi być dostarczone złożone

dot. parametry urządzenia

1. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny z 5 szufladami, w tym:

- 2 szuflady – 97 mm (głębokość)
- 1 szuflada – 156 mm (głębokość)
- 2 szuflady – 175 mm (głębokość)

Ad. Dopuszczony

2. Czy Zamawiający dopuści wózek na kołach o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą?

Ad.Dopuszczony

3. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego górna półka (blat) wykonany jest ze stali malowanej proszkowo?

Ad. Nie dopuszczone