

Producent: Model: Rok produkcji: 2020 APARAT USG z możliwością obrazowania narządów układu moczowego i identyfikacji naczyń żylnych przy zakładaniu wkłuc centralnych do dializ			
		Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	Sonda Liniowa	TAK	
2	Głowica convex do badania jamy brzusznej z prowadnicą wielorazową.	TAK	
3	Min 2 gniazda wejściowe dla sond	TAK	
4	Monitor LCD minimum 19", możliwość przechylenia i obrotu monitora	TAK	
5	Wewnętrzny system archiwizacji obrazów	TAK	
6	Wózek jezdny	TAK	
7	Panel sterowania dotykowy całkowicie zmywalny i dezynfekowalny	TAK	
8	Oprogramowanie do badań: jamy brzusznej, urologicznych, naczyniowych	TAK	
9	Certyfikat CE na aparat i głowice jako urządzenie medyczne wg obowiązujących przepisów	TAK	
10	Instrukcja obsługi po polsku i angielsku, szkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania sprzętu	TAK	
11	Gwarancja na cały system (w tym głowice na 36 msc.)	TAK	
12	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski	TAK	
13	Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od daty dostawy	TAK	

.....
 (podpis wykonawcy)