

Producent:
Model:
Rok produkcji: 2020

Zakup aparatu do hemodializ 2 szt.

		Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO HF, HD, HF, HDF Online.	TAK	
2	Funkcja zredukowanego przepływu dializatu do 150ml/min podczas przygotowania aparatu do pracy i oczekiwania na pacjenta.	TAK	
3	Funkcja automatycznego doboru przepływu płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta	TAK	
4	Możliwość ustawienia przepływu krwi w zakresie 30-600ml/min	TAK	
5	Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie 100-750ml/min	TAK	
6	Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie 34-39C	TAK	
7	Podaż substytutu w zakresie od 25 do 600 ml/min	TAK	
8	Wypełnianie układu podczas przygotowywania aparatu do zabiegu bez konieczności pracy pielęgniarki i bez potrzeby podłączenia soli fizjologicznej	TAK	
9	Zwrot krwi z drenów po zakończonym zabiegu, bez konieczności wcześniejszego odłączenia igieł od pacjenta i konieczności wykonywania dodatkowych czynności	TAK	
10	Możliwość wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia	TAK	
11	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy	TAK	
12	Możliwość ustawiania ekranu w różnych położeniach	TAK	
13	Elektroniczny system pomiaru poziomu krwi w „jeziorku żylnym” i wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym”	TAK	
14	Strzykawkowa pompa heparyny	TAK	
15	Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez co najmniej 12 godzin	TAK	
16	Pomiar ciśnienia płynu przed dializatorem z alarmem o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HF lub HDF	TAK	
17	Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego	TAK	
18	Objętościowy system pomiaru ultrafiltracji	TAK	
19	Centralny system blokowania kół aparatu	TAK	

Załącznik nr 2 do zaproszenia

20	Sygnalizacja stanów pracy aparatu za pomocą sygnałów świetlnych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie	TAK	
21	Możliwość podłączenia do centralnej dystrybucji koncentratu	TAK	

.....
(podpis wykonawcy)