



# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) [kancelaria@mssw.pl](mailto:kancelaria@mssw.pl)

Warszawa, 28.10.2020 r.

## Odpowiedzi na pytania RTG

1. Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG z wielkością dużego ogniska 1,2 mm i wielkością małego ogniska 0,6 mm ?

Ad1. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG, który nie posiada możliwości dotyczącej wymienności detektora z posiadanym przez szpital aparatem RTG kostno-płucnym bez żadnych dodatkowych przeróbek lub inwestycji (wymagana wymiennosc w obie strony tj. detektor oferowanego aparatu przewoźnego musi współpracować w pełnym zakresie z aparatem RTG kostno-płucnym i detektor przenośny aparatu RTG kostno-płucnego musi współpracować w pełnym zakresie z oferowanym aparatem przewoźnym). Jest natomiast możliwość wykonywanie alternatywnie ekspozycji na dowolnych kasetach CR.

Ad2. Zamawiający nie dopuszcza.

