

Załącznik nr 1

Zakres konserwacji, utrzymania w ruchu urządzeń Stacji Dializ i Stacji uzdatniania wody.

Zakres czynności obsługowych:

1. Stacja uzdatniania wody do hemodializy:

- a) Wykonywanie bieżących czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych, w tym czyszczenia, płukania i dezynfekcji – zgodnie z wytycznymi producenta, z wyłączeniem przeglądów technicznych i napraw.
- b) Wymiana źróź filtracyjnych i uzupełnianie soli pastylkowej.
- c) Kontrola stanu pracy:
 - poprawności działania sterowania i sprawdzenie parametrów nastaw
 - stanu filtrów i szczelności instalacji
 - instalacji zmiękczenia, parametrów wody zmiękczonej
 - pracy zespołu odwróconej osmozy
 - stanu instalacji pętli dystrybucyjnej, szczelności szybkozłączy
- d) W przypadku awarii powiadamianie Zleceniodawcy o konieczności wezwania serwisu Producenta.
- e) Nadzór nad poborem próbek wody na badanie mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne.
- f) Prowadzenie szczegółowej dokumentacji stacji uzdatniania wody do hemodializy obejmującej:
 - Rejestrację bieżących usterek i wykonywanych czynności naprawczych.
 - Rejestrację wykonywanych czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych.
 - Codzienną rejestrację parametrów stacji uzdatniania wody do hemodializy.

2. Aparaty do hemodializy:

- a) Wykonywanie bieżących czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych – zgodnie z wytycznymi producenta, z wyłączeniem przeglądów technicznych.
- b) Konfiguracja aparatów wg potrzeb Użytkownika.
- c) Usuwanie bieżących usterek aparatów, a w przypadku skomplikowanych awarii powiadamianie Zleceniodawcy o konieczności wezwania serwisu Producenta.
- d) Prowadzenie szczegółowej dokumentacji aparatów obejmującej:
 - Rejestrację bieżących usterek i wykonywanych czynności naprawczych.
 - Rejestrację wykonywanych czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych.