

Opis przedmiotu zamówienia

Sprzedaż wraz z dostawą Aparatu do terapii wysokimi przepływami HFNC – 2 szt.

I. Opis aparatów do terapii wysokimi przepływami HFNC – 2 szt.

- Aparatów do terapii wysokimi przepływami HFNC składa się z:
 1. **Statyw medyczny**, wyposażony w uchwyt na nawilżacz, podstawę jezdnią na kółkach, z co najmniej 2 hamulcami oraz możliwość zamontowania koszyka na akcesoria
 2. **Nawilżacz** oddechowy, przeznaczony do podgrzewania i nawilżania gazów oddechowych dostarczanych dorosłym, dzieciom i noworodkom wymagającym terapii inwazyjnej, nieinwazyjnej lub terapii wysokoprzepływowej.
 - Aparat fabrycznie nowy
 - Rok produkcji: 2021r.
 - Wyposażenie każdego aparatuTerapia wysokoprzepływowa: 0,5-40 L/min dla noworodków
 - Ekran dotykowy z rozwijanym menu dla dorosłych i noworodków.
 - Stała temperatura w Trybie dla Noworodków. (37 st.C)
 - Inwazyjny tryb pracy: 5-60l/MIN dla dorosłych;
 - Inwazyjny tryb pracy:0,5-40 L/MIN dla noworodków
 - Nieinwazyjny tryb pracy: maska dla dorosłych 5-20L;
 - CPAP dla noworodków 4-15L/min
 - Rejestrowanie historii alarmów.
 - Czas nagrzewania do optymalnej temperatury poniżej 30 min.
 - Adapter przewodu grzałki wydechowej. Czas eksploatacji 7 lat.
 - Masa: maksymalnie do 3,5 kg (wyłącznie nawilżacz i przewód zasilania)
 - Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia – 24 miesiące
 3. **Koszyk** na akcesoria mocowany do statywu. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego
 4. **Blender (Mieszalnik)** tlen\powietrze FIO2: 21 – 100 %, możliwość montażu na pionowym statywie, lub na poziomej szynie. W skład zestawu blendera wchodzi:
 - Mocowanie do statywu lub poziomej szyny
 - Przepływomierz powietrza (2-16 l/min.)
 - Wąż zasilający tlenowy z wtykiem typu AGA
 - Wąż zasilający powietrzem z wtykiem typu AGA

II. Opis wymagań dotyczących dostawy

- Deklaracja lub certyfikat zgodności na zaoferowany sprzęt medyczny, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175).
- Wykonawca wraz z przedmiotem dostawy przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a) karty gwarancyjne,
 - b) wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

- c) instrukcję obsługi użytkowania sprzętu w języku polskim,
- d) niezbędną dokumentację techniczną,
- e) kopię dokumentów w języku polskim dopuszczenia przedmiot umowy do obrotu i do używania wydana przez podmioty upoważnione: (deklarację zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania) dla sprzętu występującego w przedmiocie umowy w tym paszport techniczny przedmiotu umowy.
- Przeprowadzenie szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania zaoferowanego sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego.
- Zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 60 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku, przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”.
- W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą aparatów do terapii wysokimi przepływami HFNC – 2 szt. do Zamawiającego tj. opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, transport itp.
- Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-ce
- Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
- Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 1 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
- Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
- Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
- W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
- W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
- Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę
- Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
- Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych.
- Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.
- Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji,
- (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)
- Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
- Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
- Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
- Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy