



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Warszawa, dnia 29.10.2021 r.

Odpowiedź na pytanie

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ekranem o rozdzielczości 800x600 pikseli?

W monitorach 12 calowych jest to parametr standardowy większości producentów i wystarczający do precyzyjnego wyświetlania danych pomiarowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 28.10.2021r. zamawiający wymaga rozdzielczości min. 1280x768.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem SpO2 w technologii producenta urządzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 28.10.2021r. zamawiający wymaga, aby kardiomonitor mógł współpracować z czujnikami SpO2 różnych typów i producentów (w tym z najbardziej rozpowszechnionymi na rynku czujnikami Nellcor i Masimo).