



## MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

### W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) [kancelaria@mssw.pl](mailto:kancelaria@mssw.pl)

Warszawa, dnia 06.05.2019 r.

### W Y J A Ś N I E N I E

Do specyfikacji warunków konkursu ofert na „usługę świadczenia pogwarancyjnej obsługi serwisowej gamma kamery ANY SKAN S”

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez oferenta w dniu 26.04.2019 r.

Treść niniejszego wyjaśnienia przesyła się wszystkim oferentom, którzy dotychczas zwrócili się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej (bez ujawniania źródła zapytania).

#### **Pytanie 1. Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 5:**

„5. Na wszystkie części zamienne Zleceniodawca uzyska od Wykonawcy rabat .....

Prosimy o wykreślenie § 3 ust. 5 projektu umowy. Projekt umowy, § 3 ust. 4, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę przed wszczęciem postępowania, uwzględnia kwotę, do jakiej części zamienne są dostarczane bezpłatnie do każdej naprawy i przeglądu, co stanowi znaczący upust cenowy dla Zamawiającego. Dodatkowy rabat na wszystkie części zamienne jest nieuzasadniony i może spowodować wzrost ceny oferty.

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWKO.**

#### **Pytanie 2. Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 12:**

„12. Na wymienione nowe części zamienne Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji.”

Na podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę przed wszczęciem postępowania, prosimy o skrócenie okresu gwarancji dla innych wymienionych nowych części zamiennych do 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części zastosował



dłuższą gwarancję. Ponadto, zaoferowanie 24-miesięcznego okresu gwarancji ma wpływ na cenę oferty wykonawcy i może spowodować jej znaczący wzrost.

**Odpowiedź:**  
**Zgodnie z SWKO.**

**Pytanie 3. Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 13:**

„13. Na inne wymienione części zamienne Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji.”

Na podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę przed wszczęciem postępowania, prosimy o skrócenie okresu gwarancji dla innych wymienionych nowych części zamiennych do 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję. Ponadto, zaoferowanie 24-miesięcznego okresu gwarancji ma wpływ na cenę oferty wykonawcy i może spowodować jej znaczący wzrost.

**Odpowiedź:**  
**Zgodnie z SWKO.**

**Pytanie 4. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1:**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego zamówienia”.

Prosimy o zmianę brzmienia § 6 ust 1 umowy na następujące:

*„Przeglądy okresowe będą wykonywane w terminie uzgodnionym przez strony”*

Terminy przeglądu są ustalane w porozumieniu pomiędzy wykonawcą oraz użytkownikiem i muszą być dostosowane do harmonogramu pracy obu stron, jak również dostępności izotopów. Wykonanie przeglądu w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego zamówienia może okazać się niemożliwe z przyczyn niezależnych od obu stron.

**Odpowiedź:**  
**Zgodnie z SWKO.**

**Pytanie 5. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 4:**

„4. Termin naprawy z częściami zamiennymi nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych. W przypadku trwania naprawy powyżej 5 dni roboczych, wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy”.

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie sprzętu zastępczego jest rozumiane jako dostarczenie zastępczej części/modułu/podzespołu, który uległ awarii. Dostarczenie nowej gamma kamery na czas naprawy jest nierealne z uwagi na wagę, gabaryty i wymagania instalacyjne urządzenia.

**Odpowiedź:**  
**Tak.**

**Pytanie 6. Dotyczy projektu umowy, § 6 ust. 5:**

„5. W przypadku niewykonania usługi w określonym terminie w pkt 3 i 4 Zleceniodawca ma prawo zlecić pozostałą część usług/usługi innemu podmiotowi na koszt wykonawcy”.

Prosimy o wykreślenie § 6 ust. 5. Wykonawca jest jedynym w Polsce podmiotem autoryzowanym przez producenta do obsługi serwisowej gamma kamery AnyScan S, w tym wykonywania napraw. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o dodanie w § 6 ust. 5 zdania w brzmieniu:



*„Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za czynności innego podmiotu, w szczególności za ewentualne uszkodzenia, awarie, nieprawidłowości działania gamma kamery AnyScan S”.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje wykreślenia § 6 ust. 5 w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWKO.**

**Pytanie 8. Dotyczy specyfikacji warunków konkursu ofert, część VI, punkt 2:**

W punkcie 2 części VI specyfikacji warunków konkursu ofert wskazane zostały kryteria, jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena	60 %
Okres gwarancji po przeglądzie	10%
Okres gwarancji po naprawie	30%

W punkcie 2.2 części VI specyfikacji warunków konkursu ofert wskazany został sposób oceny oferty pod względem kryterium „**czasu reakcji na wezwanie**”. Takie kryterium, ani jego ranga nie zostały wymienione wśród kryteriów oceny ofert.

Ponadto, brak jest określenia sposobu oceny oferty w kryteriach Okres gwarancji po przeglądzie oraz Okres gwarancji po naprawie.

Prosimy o usunięcie niezgodności, gdyż obecne brzmienie części VI uniemożliwia dokonanie oceny ofert w oparciu o specyfikację warunków konkursu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokona usunięcia niezgodności.**

