

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw.pl

Warszawa, dnia 03.09.2019 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów medycznych w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy D-36/N/19) w DUUE nr 2019/S 153-376545 oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach 09 – .08.2018 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytanie 1

Dotyczy Zadania 71

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 71 koreczków dezynfekcyjnych w kolorze niebieskim – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania 8 pozycja 1, 3

Prosimy o dopuszczenie ww pozycji wycenę na opakowania z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania 8 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie dla kogo mają być dedykowane ww elektrody : dla dorosłych czy dla dzieci?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Projektu umowy – par. 1 ust2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa minimalnego zakresu zamówienia.

Pytanie 5

Dotyczy Projektu umowy – par. 5 ust. 1 ppkt. a),b)

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,1% wartości niezrealizowanej umowy brutto opóźnionej i reklamowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy Projektu umowy – par. 6 ust. 2 ppkt. 2.8

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, - zawarcie aneksu wymaga wyrażenia zgody przez Wykonawcę.

Pytanie 7

Dotyczy Zadania 51 pozycja 1, 3

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny, antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego wyposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta(8,5mm – uniwersalny, także do zabiegów ortopedycznych) jest kątowy, gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w zatyczkę do portu pacjenta, oraz dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady odporne na rozdarcie i perforację, nie przywierające do kanistra, wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania od wkładu (brak konieczności odłączania źródła ssania) - jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) o pojemności 1L, 2L, 3L, o kształcie okrągłym. Wkłady występują w postaci częściowo sprasowanej dla oszczędności miejsca magazynowania.

- kanistry z przezroczystego tworzywa(kompatybilne z oferowanymi wkładami), ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne kanistry (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Zadania 51 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w saszetkach 20g o dużej sile wiążącej odsysane płyny, eliminujący konieczność transportowania w stanie ciekłym np. krwi, wydzielin?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9**Dotyczy Zadania 51 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wkłady z żelem w postaci samorozpuszczalnych saszetek odpowiednio: 1L-1,5L(20g), 2L-2,5L(40g), 3L(60g)? Gwarantujemy odpowiednią skuteczność oferowanych saszetek tzn. zżelowanie odsysanych płynów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10**Dotyczy Zadania 51**

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12**Dotyczy SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13**Dotyczy Zadania 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu do podaży żywienia dojelitowego do stosowania z pompą typu FLOCARE 800? Wycena w jednej pozycji dwóch, różnych produktów dedykowanych do pomp Flocare 800 i Flocare Infinity w jednej cenie jest dla Zamawiającego bardzo niekorzystna, z uwagi na fakt dużej różnicy w cenie pomiędzy produktami (sięgającej nawet 100% w zależności od dostawcy).

Odpowiedź:

Zamawiający w Zadaniu nr 7 tworzy dwie pozycje. W załączeniu poprawiony Formularz Cenowy Zadania nr 7.

Pytanie 14**Dotyczy Zadania 48 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego posiadającego w swoim składzie dodatkowo: - 1 x woda sterylna w ampule 20 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15**Dotyczy Projektu Umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Dotyczy Projektu Umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

- czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy poprzez zmianę nazewnictwa § 5 ust. 1. pkt. a) na: 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy częściowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

Dotyczy Projektu Umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

- czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy poprzez zmianę nazewnictwa § 5 ust. 1. pkt. b) na: 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy częściowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Dotyczy Projektu Umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

- czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy poprzez zmniejszenie kar umownych § 5 ust. 2. i ust. 4. do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto od niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Dotyczy Zadania 3 pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczka w przeliczeniu na opakowania a 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy Zadania 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 2ml z rozszerzeniem skali do 2,5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dotyczy Zadania 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 20ml w opakowaniu a 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości (1 760 opakowań)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy Zadania 30 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz w opakowaniu a 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Dotyczy Projektu Umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie pkt. 1, 2, 4 § 5 o treści (cyt.): 1. Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej wysokości:

a) 0,2% wartości niezrealizowanej umowy brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu złej jakości, ponad termin określony umową,

b) 0,2% wartości niezrealizowanej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową.

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

3. (.....)

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

i nada mu proponowany zapis:

1. Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i następującej wysokości: a) 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu złej jakości, ponad termin określony umową,

b) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową.

Odpowiedź:

a) Zamawiający nie wyraża zgody.

b) Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

3. (.....)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Dotyczy Zadania 19

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, bez zastawki, z zaworem pełniącym funkcję tożsamą z zastawką. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a filtr 0,2µm jest znacznie lepszym parametrem od wskazanego w opisie, ponieważ ze względu na mniejszy rozmiar, zatrzyma znacznie więcej ewentualnych bakterii bądź zanieczyszczeń, niż filtr 0,45µm. Dopuszczenie ww. zestawu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

W razie niedopuszczenia ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak dla filtra 0,2µm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 26

Dotyczy Zadania 37 pozycja 2, 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i 3 zadania 37 do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27**Dotyczy Zadania 37 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności system do kontrolowanej zbiórki stolca, opisany w pozycji 2 zadania 37, o następujących parametrach:

System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię superabsorbentu. W skład zestawu wchodzi: cewnik z pierścieniem uszczelniającym o poj. 45 ml oraz portu irygacyjnego o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci czarnej grubej kreski, w zestawie min. 3 worki o pojemności 1500 ml, strzykawka o poj. 45 ml, zacisk irygacyjny – wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28**Dotyczy Zadania 37 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wymienne worki, opisane w pozycji 3 zadania 37, o następujących parametrach:

Wymienne worki o pojemności 1500 ml, kompatybilne z systemem do zbiórki stolca z pozycji nr 2, opisanego w pytaniu nr 2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29**Dotyczy Zadania 29**

Czy Zamawiający dopuści mankiet ciśnieniowy C-Fusor wyposażony w manometr ze skalą 0-750mmHg z podziałką co 100mmHg, w którym nie ma zapinanych na zamek elementów, które z czasem twardnieją i pękają?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30**Dotyczy Zadania 29**

Czy mankiet powinien być wyposażony w kranik spustowy z oznaczoną pozycją „OFF”- zamknięty?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 31**Dotyczy Zadania 29**

Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na zwiększenie trwałości mankietu w jego budowie ma znajdować się jeden elastyczny, przezroczysty przewód łączący gruszkę z mankietem a sam manometr powinien być połączony z mankietem sztywnym przegubem?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 32**Dotyczy Zadania 48 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kleszczyki plastikowe 14cm – 1 szt.,
- pęseta plastikowa anatomiczna 13cm – 1 szt.,
- kompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm – 5 szt.,
- tupfery z gazy bawełnianej 20x20cm – 4 szt.,
- serweta włókninowa 2-warstwowa nieprzylepna 75x45cm – 1 szt.,
- serweta włókninowa 2-warstwowa nieprzylepna 75x90cm z otworem o średnicy 10cm – 1 szt.,
- strzykawka Luer 20ml – 1 szt.,
- igła 1,2x40mm 18G x 11/2 – 1 szt.,

- rękawiczki chirurgiczne rozm. 7,5 pakowane w papier – 2 szt.,

- żel do cewnikowania w strzykawce 6g – 1 szt.,

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister z 1 wgłębieniem na płyny + żel do cewnikowania dopakowany w worku foliowym poza twardym blistrem.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Zadania 48 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- tufery gazowe 20x20cm – 6 szt.,

- pęseta plastikowa anatomiczna 13cm – 1 szt.,

- nożyk do szwów 11cm (zapakowany) – 1 szt.,

- rękawice lateksowe pudrowane rozm. M – 2 szt.,

- tacka typu blister – 1 szt.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34

Dotyczy Zadania 48 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pęsetą 13 cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35

Dotyczy Zadania 48 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kleszczyki plastikowe 19cm – 1 szt.,

- pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5cm – 1 szt.,

- tufery z gazy bawełnianej 30x30cm – 6 szt.,

- igłotrzymacz 13cm – 1 szt.,

- nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm – 1 szt.,

- strzykawka LuerLock 10ml – 1 szt.,

- igła 1,2mm x 40mm, 18Gx11/2, różowa – 1 szt.,

- igła 0,8mm x 40mm, 21Gx11/2, zielona – 1 szt.,

- serweta włókninowa 2-warstwowa 60x50cm z otworem przylepnym 8x6cm – 1 szt.,

- serweta włókninowa 2-warstwowa 60x50cm nieprzylepna – 1 szt.,

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister z 3 wgłębieniami na płyny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36

Dotyczy Zadania 48 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kompresy z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm – 6 szt.,

- tufery z gazy bawełnianej 20x20cm – 4 szt.,

- kleszczyki plastikowe 14cm – 1 szt.,

- pęseta plastikowa anatomiczna 13cm – 1 szt.,

- serweta włókninowa 2-warstwowa nieprzylepna 45x75cm – 1 szt.,

- serweta włókninowa 2-warstwowa 2x45x75cm z regulacją otworu, otwór przylepny – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10ml – 1 szt.,
- igła 1,2x40mm, różowa – 1 szt.,
- igła 0,8,40mm, zielona – 1 szt.,
- ostrze skalpel 6,5cm (zapakowane) – 1 szt.,
- igłotrzymacz typu Webster 13cm – 1 szt.,
- opatrunek transparentny z folii poliuretanowej typu Fixopore F 10x20cm – 1 szt.,
- tacka typu blister – 1 szt.,

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Dotyczy wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna opisana w § 5 ust. 1 ppkt. a) i b) naliczana była od części wymiary/dostawy niezrealizowanej w terminie?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 5 ust. 1 ppkt. b) słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w opisana w § 5 ust. 4 naliczana była od niezrealizowanej części umowy?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 5 ust. 2 zdania o następującej (lub podobnej treści): „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?

Odpowiedź:

1. Tak.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Zamawiający nie wyraża zgody.
5. §5 ust. 2 nie dotyczy odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

Pytanie 38

Dotyczy Zadania 48 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa? Tacka typu blister zostanie dodatkowo umieszczona w zestawie jako składowa.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Dotyczy Zadania 36 pozycja 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 36 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadał mechaniczną regulację siły ssania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 40

Dotyczy Zadania 36 pozycja 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 36 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadał kompaktową budowę i wysokość maksymalnie do 25 cm, co umożliwia wstawienie zestawu pod łóżko pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 41

Dotyczy Zadania 36 pozycja 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 36 w pozycji 1 mógłby doprecyzować, czy zestaw do drenażu klatki piersiowej ma być wyposażony w 1, czy w 2 dreny połączeniowe?

Odpowiedź:

Zestaw ma być wyposażony w minimum jeden dren połączeniowy.

Pytanie 42

Dotyczy Zadania 1, 2

Czy Zamawiający wymaga przyrządów bez zawartości szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 43

Dotyczy Zadania 1, 2, 3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

Dotyczy Zadania 14 pozycja 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45

Dotyczy Zadania 26 pozycja 1, 6, 7

Czy zamawiający wydzieli poz.1,6,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46

Dotyczy Zadania 26 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści lusterka medyczne sterylne, lusterko służące do diagnostyki jamy ustnej pacjenta, posiada gładkie brzozy , które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy ustnej, rączka lusterka posiada 4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyslizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość w rączki 165 mm, pakowane papier-foolia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Dotyczy Zadania 26 pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Dotyczy Zadania 28 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Dotyczy Zadania 28 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Dotyczy Zadania 35

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy Zadania 52 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Dotyczy Zadania 1 pozycja 4

Czy zamawiający wyłączy pozycję 4 z zadania nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

Dotyczy Zadania 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu od 5 do 250 ml/h? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Dotyczy Zadania 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści skalę dla:

- Gęstości 10% skala 5-250 ml/h
- Gęstości 40% skala 5-200 ml/h?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Dotyczy Zadania 33 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar tylko 2.5 oraz 4.0? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 56

Dotyczy Zadania 34 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar tylko 2.5 oraz 4.0? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57

Dotyczy Zadania 55 pozycja 1

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „końcówka miękka silikonowa” i zamiast tego dopuści końcówkę z PCV? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Dotyczy Zadania 55 pozycja 1

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „zakończona portem Luer Lock” i zamiast tego dopuści zakończony stożkowym łącznikiem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Dotyczy Zadania 8 pozycja 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 w pozycji 1 dopuści elektrodę EKG o wymiarach 57x34mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Dotyczy Zadania 8 pozycja 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 w pozycji 3 dopuści elektrodę EKG o wymiarach 57x34mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Dotyczy Zadania 36 pozycja 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 36 w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej, kontenerowy - będący odpowiednikiem zestawu Redax, z regulatorem siły ssania, pojemność 2500 ml, posiadający zawory bezpieczeństwa, dren połączeniowy, pakowany pojedynczo ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Dotyczy Zadania 70

Czy Zamawiający w Zadaniu 70 zgodzi się na użyczenie pomp do podaży żywienia dojelitowego z menu w języku angielskim spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 63

Dotyczy Zadania 16 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści w zakresie pozycji 1 i 2 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Dotyczy Zadania 46

Czy należy zaoferować 300 opakowań po 25 szt. staz, czyli łącznie 7500 szt. pojedynczych staz?

Odpowiedź:

Tak.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY:

Pytanie 65

Dotyczy § 1 ust. 2

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 66

Dotyczy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu § 4 ust. 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67

Dotyczy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „dni” na „dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 68

Dotyczy § 4 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „7 dni” na „7 dni roboczych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt. a i b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu powyższego paragrafu na:

a) 0,2% wartości zareklamowanego zamówienia brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę przez Zamawiającego przedmiotu złej jakości, ponad termin określony umową,

b) 0,2% wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70

Dotyczy § 5 ust. 2, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości umowy brutto.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis § 5 ust. 2, 4 umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71**Dotyczy Zadania 1 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do infuzji, z regulatorem przepływu od 0 do 250 m/h; z podziałką w skali co 10ml/h do 30ml/h, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72**Dotyczy Zadania 1 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści aparat o całkowitej długości 195cm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73**Dotyczy Zadania 1 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na aparat bez zacisku ślizgowego do krótkich przerw w infuzji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74**Dotyczy Zadania 3 pozycja 2**

W celu uniknięcia niejasności w przy ocenie zgodności złożonych ofert z opisem przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł bezpiecznych wyposażonych w nasadkę kompatybilną z używanymi przez Zamawiającego strzykawkami z końcówką luer i luer lock, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 75**Dotyczy Zadania 3 pozycja 7, 8**

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu każdego przedłużacza znajdowała się fabrycznie umieszczona informacja na temat objętości jego wypełnienia? Pozwala to ustalić jaka część leku została w drenie i nie została podana pacjentowi.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 76**Dotyczy Zadania 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki o pojemności 20ml pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1760 opakowań

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77**Dotyczy Zadania 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki z tłokiem posiadającym podcięcie w części, wystającej poza cylinder strzykawki, które ułatwia uchwyt tłoka a nie powoduje odkształcania się tłoka w czasie iniekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78**Dotyczy Zadania 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kraniki trójdrożne, posiadające koreczki w tych samych kolorach pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79

Dotyczy Zadania 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kraniki bez wyczuwalnego indykatora pozycji, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 80

Dotyczy Zadania 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniulę wyposażony w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, oraz standardowo domykany, okrągły koreczek, z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym otworzeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81

Dotyczy Zadania 5 pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kaniule posiadały kliniczne lub laboratoryjne badania biokompatybilności materiału z którego wykonany jest cewnik kaniuli?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zamieszcza poprawiony formularz cenowy Zadania 5 pozycja 3.

Pytanie 82

Dotyczy Zadania 7

Prosimy o doprecyzowanie z jakimi opakowaniami ma być kompatybilny oferowany zestaw: typu butelka czy typu pack?

Odpowiedź:

Zestaw ma pasować do opakowań typu butelki i opakowań typu pack tzn. ma być uniwersalny.

Pytanie 83

Dotyczy Zadania 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik z naprzemianległymi otworami bocznymi, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84

Dotyczy Zadania 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty a cewniki Pezzera, posiadający 3 oczka, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 85

Dotyczy Zadania 9 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewniki Foleyateksowe silikonowane?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje opis: cewnik ma być silikonowany na całej długości.

Pytanie 86

Dotyczy Zadania 9 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści złożenie ofert na cewniki Foley'a w rozmiarze CH10 w opakowaniu folia - folia/papier, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87**Dotyczy Zadania 11 pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z kompletem 2 regulowanych dysz Venturiego, umożliwiającymi ustawienie następujących stężeń tlenu: 24%, 26%, 28%, 30% oraz 35%, 40%, 50%, bez rurki dystansowej, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 88**Dotyczy Zadania 22 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren o średnicy wewnętrznej 8mm i średnicy zewnętrznej 11 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89**Dotyczy Zadania 22 pozycja 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować dreny o dwóch długościach tj. 250-300cm i 350 cm do wyboru przez Zamawiającego, czy tylko o jednej wybranej długości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dren długość 250-350cm

Pytanie 90**Dotyczy Zadania 22 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren redona wykonany z medycznego PVC. Według naszej wiedzy, żaden z producentów nie ma w swojej ofercie drenów redona wykonanych z silikonu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91**Dotyczy Zadania 24 pozycja 4 (5)**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kaniuli wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu z wtopionymi minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 92**Dotyczy Zadania 24 pozycja 4 (5)**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowanie kaniule posiadały kliniczne lub laboratoryjne badania biokompatybilności materiału z którego wykonany jest cewnik kaniuli

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zamieszcza poprawiony formularz cenowy Zadania 24 pozycja 4.

Pytanie 93**Dotyczy Zadania 25 pozycja 2**

Czy igły mają posiadać eliptyczny bezbarwny uchwyt z pryzmatem zmieniającym barwę podczas identyfikacji PMR?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 94**Dotyczy Zadania 31**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rurki ustno - gardłowe wykonane z PE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95**Dotyczy Zadania 40 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zgłębnik dwunastniczy, z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96**Dotyczy Zadania 40 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na sondę Ryle'a wykonaną z mieszaniny PVC i silikonu, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97**Dotyczy Zadania 47 pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga aby rurka wykonana była z medycznego PVC pozbawionego szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 98**Dotyczy Zadania 47 pozycja 1**

Czy oferowane rurki intubacyjne mają posiadać oznaczenie rozmiaru oraz średnicy mankietu na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 99**Dotyczy Zadania 47 pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga aby rurki intubacyjne były anatomiczne wyprofilowane a opakowanie każdej rurki posiadało punktowe zgrzewy gwarantujące zachowanie anatomicznego kształtu

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 100**Dotyczy zapisów SIWZ, część IV punkt 3**

W związku z tym, że przetarg został ogłoszony na dostawę „materiałów medycznych”, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie referencji na ogólnie rozumiany sprzęt medyczny jednorazowego użytku (zgodnie z pozostałymi zapisami punktu 3 SIWZ), niezależnie od konkretnego rodzaju sprzętu, który znajduje się w danym pakiecie na który składana jest oferta przetargowa.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 101**Dotyczy Zadania 1 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści aparaty infuzyjne z regulatorem przepływu posiadające dren zakończony końcówką luer-lock?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102**Dotyczy Zadania 1 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści aparaty infuzyjne z regulatorem przepływu posiadające dren 145cm oraz podziałkę: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml do 30ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103

Dotyczy Zadania 3 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,9x40mm w miejsce igły 0,9x70mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 104

Dotyczy Zadania 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105

Dotyczy Zadania 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 26G w miejsce igły 27G?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106

Dotyczy Zadania 3 pozycja 6, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6, 12 z zadania 3 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107

Dotyczy Zadania 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzeniem skali o min.10%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje, iż określając „dopuszczamy rozszerzenie skali do 3ml” ma na myśli max 3ml a nie wyłącznie 3ml tj. dopuszcza strzykawki z zakresu 2 – 3ml. Dotyczy również pozostałych objętości.

Pytanie 108

Dotyczy Zadania 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane w op.a'70 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109

Dotyczy Zadania 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110

Dotyczy Zadania 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111

Dotyczy Zadania 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z igłą 0,40x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112

Dotyczy Zadania 4 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z igłą zdejmowalną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 113

Dotyczy Zadania 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki posiadające objętość wypełnienia 0,3ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 114

Dotyczy Zadania 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kraniki posiadające trójramienną pokrętkę z optycznym indykatoresm położenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115

Dotyczy Zadania 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści Kaniule dożylną wykonane z FEP, posiadające 2 paski RTG, standardowy korek portu bocznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 116

Dotyczy Zadania 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody w op.a50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Dotyczy Zadania 8 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 41x37mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 118

Dotyczy Zadania 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera z 3 otworami bocznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 119

Dotyczy Zadania 9 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

Dotyczy Zadania 9 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya opakowanie zew. papier-folia, wewnątrz folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121**Dotyczy Zadania 19 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 1,2µm bez zastawki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 122**Dotyczy Zadania 22 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o średnicy wew. 10mm, średnica zew. 14mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123**Dotyczy Zadania 22 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze 15 w miejsce 14 i 16?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124**Dotyczy Zadania 22 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze 21 w miejsce 20?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125**Dotyczy Zadania 22 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy tylko o długości 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126**Dotyczy Zadania 30 pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127**Dotyczy Zadania 31 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki typu Guedela wykonane z PE bez ftalanów w rozmiarach: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128**Dotyczy Zadania 37 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500ml z drenem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 129**Dotyczy Zadania 37 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki zbiorcze z

zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml, skalowanie co 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 130

Dotyczy Zadania 37 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131

Dotyczy Zadania 48 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarach CH 18 i CH 20 wykonaną z silikonu o długości 85cm?

Odpowiedź:

Zadanie nr 48 nie dotyczy sondy Sengstatena.

Pytanie 132

Dotyczy Zadania 56 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do mycia rurek tracheostomijnych o średnicy włosa 17mm, długości całkowitej 23cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133

Dotyczy Zadania 48 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw

1 x serweta barierowa włókninowa nieprzylepna dwuwarstwowa o gramaturze 56 g/m² (włóknina polipropylenowa + folia PE) 50cm x 70cm (owinięcie zestawu)

4 x tupfery z gazy bawełnianej 20-nitkowe, śr. 3cm (rozmiar po rozwinięciu 20cm x 20cm)

1 x igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G różowa (bez opakowania indywidualnego)

5 x kompres z gazy bawełnianej 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x serweta barierowa włókninowa nieprzylepna dwuwarstwowa o gramaturze 56 g/m² (włóknina polipropylenowa + folia PE) 75cm x 90cm z centralnym otworem 6cm x 8cm

1 x strzykawka Luer 20ml (bez opakowania indywidualnego)

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 13,9cm

1 x pęseta plastikowa niebieska 13 cm

1 x para lateksowych rękawiczek diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M, z wywinętym mankietem (bez opakowania indywidualnego)

1 x nerka z pulpy celulozowej o poj. 700ml (pojemnik na odpadki)

Opakowanie zestawu typu papier-folia ?

OSOBNO ZAPAKOWANE I DOŁĄCZONE DO ZESTAWU NA ZEWNĄTRZ OPAKOWANIA:

1 x Instillagel Almed 5ml - żel w strzykawce do znieczulenia miejscowego błon śluzowych z dodatkiem preparatu antyseptycznego, lubrykant

2 x Aqua pro injectione 10 ml - ampułka wody sterylnej

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134

Dotyczy Zadania 48 pozycja 2

1. Czy Zamawiający dopuści 5 sztuk tamponów z gazy o śr. 4cm (30cm x 30cm)?

2. Czy Zamawiający dopuści plastikowy chwytak do tamponów o długości 23cm?

3. Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem okrągłym 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 135**Dotyczy Zadania 48 pozycja 3**

1. Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe śr. 3cm (20cm x 20cm) ze znacznikiem RTG?
2. Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową 13cm?
3. Czy Zamawiający dopuści ostrze-skalpel do ściągania szwów 11cm?
4. Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia z dodatkowo dołączoną do zestawu nerką z pulpy celulozowej 700ml na odpadki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136**Dotyczy Zadania 48 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie

1	Pęseta plastikowa niebieska, dł. 13cm	1 szt.
2	Chwytnak do tamponów plastikowy dł. 13,9cm	1 szt.
3	Tupfer gazowy śr. 3cm (20cmx20cm)	5 szt.
4	Serweta 80cm x 90cm (PP 25g)	1 szt.
5	Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm	8 szt.

Opakowanie papier-folia ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 137**Dotyczy Zadania 48 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie

- 1x kleszczyki plastikowe 13,9cm
- 1x pęseta metalowa chirurgiczna 14,5cm
- 6x tupfer z gazy 20N śr. 3cm (20cm x 20cm)
- 1x igłotrzymacz metalowy Mayo-Hegar 15cm
- 1x nożyczki metalowe IRIS proste 11,5cm
- 1x strzykawka Luer Lock 10ml
- 1x igła iniekcyjna 1,2x40mm, 18G różowa
- 1x igła iniekcyjna 0,8x40mm, 21G ciemnozielona
- 1x serweta włókninowa dwuwarstwowa 50cm x 75cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 7cm, 56g/m²
- 1x serweta włókninowa dwuwarstwowa nieprzylepna 50cm x 60cm, 56g/m²
- 1x pojemnik plastikowy 3-komorowy niebieski 195x130x35mm
- Igły i strzykawka pozbawione opakowań indywidualnych.
- Opakowanie papier-folia ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138**Dotyczy Zadania 48 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie

- 4x Tupfer gazowy 20N śr. 3cm (20cmx20cm)
- 1x Chwytnak plastikowy, dł. 13,9cm
- 1x Pęseta plastikowa niebieska, dł. 13 cm
- 1x Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock
- 1x Igła iniekcyjna 0,8 x 40mm, 21G ciemnozielona
- 1x Ostrze do ściągania szwów 6,5cm, zapakowane
- 1x Opatrunek foliowy samoprzylepny 10cm x 15cm, zapakowany
- 6x Kompres gazowy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy, 15cm
- 1x Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2-warstwowa 56 g/m²
- 1x Serweta operacyjna 45cm x 75cm 2-warstwowa z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm 40 g/m²

1x Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm, 18G różowa
1x Miseczka 120 ml transparentna na płyn do dezynfekcji
1x Nerka z pulpy celulozowej 700ml służąca jako pojemnik na odpadki
Zestaw zapakowany w opakowanie typu papier-folia ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139

Dotyczy Zadania 7 pozycja 1

W związku z faktem, iż na rynku nie ma zestawów zarówno do pompy Flocare Infinity jak i pompy Flocare 800 bardzo prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby w zadaniu 7 wycenić dwa zestawy (zarówno do pompy Flocare Infinity jak i Flocare 800)? Jeśli oczekiwana będzie wycena obu zestawów, wówczas prosimy o wskazanie podziału ilościowego?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 13.

Pytanie 140

Dotyczy Zadania 7 pozycja 1

Czy zamawiający oczekuje wyspecyfikowanych drenów do pomp Flocare 800 i Flocare Infinity zgodnych z wymienionymi w instrukcji obsługi pomp Flocare 800 i Flocare Infinity? Tylko takie zestawy gwarantują precyzyjność szybkości przepływu zapewniając tym samym prawidłową podaż diet.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 141

Dotyczy Zadania 70 pozycja 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 70 dopuści użyczenie pomp z menu angielskim? Dla sprawnej i łatwej obsługi, na pompie znajduje się intuicyjny schemat użytkowania oraz jest dołączona instrukcja obsługi w języku polskim. Dodatkowo jest to typ pomp, które są już użytkowane w placówce i zespół pielęgniarstwa posiada doświadczenie w ich użytkowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142

Dotyczy Zadania 13

Czy Zamawiający oczekuje aby pojemniki z formaliną pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia odpowiedniej jakości produktu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 143

Dotyczy Zadania 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pojemników na zużyte igły (pozycja 2) od pojemników na wycinki histopatologiczne (pozycja 1) i utworzenie z nich osobnych pakietów?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144

Dotyczy Zadania 51 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wkłady posiadającego port umożliwiający umieszczenie proszku żelującego w saszetkach z pozycji 2.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 145

Dotyczy Zadania 51 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o informację czy proszek żelujący jest przeznaczony do wkładów workowych z pozycji 1, jeśli tak to prosimy o podanie minimalnej średnicy portu na wkładzie do wsypywania proszku saszetkach?

Odpowiedź:

Tak, port do podania ma średnicę 27mm.

Pytanie 146**Dotyczy Zadania 51 pozycja 1 i 3**

Czy Zamawiający oczekuje żeby, każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga łącznik ale nie wymaga zakończenia schodkowego ani budowy kątowej.

Pytanie 147**Dotyczy Zadania 51 pozycja 1 i 3**

Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wkłady bez zawartości PCV, w opakowaniach zbiorczych wyposażonych w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 148**Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2,4**

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego lub z winy Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 149**Dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 150**Dotyczy Zadania 11 pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste maski?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 151**Dotyczy Zadania 11 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 152**Dotyczy Zadania 23 pozycja 1**

Prosimy o określenie do jakiego ssaka, mają być kompatybilne filtry w w/w pozycji?

Odpowiedź:

Ssak Medela.

Pytanie 153**Dotyczy Zadania 23 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 200-1500 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 154**Dotyczy Zadania 23 pozycja 6**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 1250 szt. wymienników, tj. 50 opak.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga 1 250 sztuk tj. 50 opakowań a25 sztuk.

Pytanie 155**Dotyczy Zadania 23 pozycja 1, 2 i 3**

W pozycji 1, 2 i 3 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie filtrów sterylnych zamiast wymaganych mikrobiologicznie czystych. Jedynie filtry sterylne w 100% gwarantują bezpieczeństwo i pewność. ŻADEN produkt mikrobiologicznie czysty nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa, bo może zawierać formy przetrwalnikowe wirusów i bakterii à Raport MHRA z dnia 31/03/2005 mikrobiologicznie czyste obwody oddechowe skażone bakteriami Pseudomonas.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156**Dotyczy Zadania 23 pozycja 2**

W pozycji nr 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie filtra o objętości oddechowej 150-1200 ml, o obudowie przezroczystej jasno zielonej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157**Dotyczy Zadania 23 pozycja 3**

W pozycji nr 3 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie filtra mechanicznego z wyodrębnionym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Zapewniający pacjentowi utratę wilgoci 6 mg H₂O/l (przy VT 500ml) o masie 49 g. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 158**Dotyczy Zadania 23 pozycja 5**

W pozycji nr 5 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie filtra o obudowie przezroczystej jasno zielonej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 159

Dotyczy Zadania 23 pozycja 1

Do jakiego ssaka zamawiający wymaga filtra?

Odpowiedź:

Ssak Medela.

Pytanie 160

Dotyczy Zadania 23 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci zapewniający wydajność nawilżenia 34,2 mg H₂O/l (przy V_t=500 ml) i utratą wilgotności 9,8 mg H₂O/L (przy V_t=500 ml) i pozostałych parametrach jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 161

Dotyczy Zadania 23 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy do worka AMBU mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 162

Dotyczy Zadania 63 pozycja 1

Czy zamawiający będzie oczekiwał dwóch rodzajów układów oddechowych z zastawką ora zaworem przeciekowym (dwa różne numery katalogowe), co daje możliwość wyboru i zamówienia układu najbardziej odpowiadającego Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 163

Dotyczy Zadania 24 pozycja 2

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 24 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowych pakietach silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych dostawców, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 164

Dotyczy Zadania 66

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 66 dren z trójnikiem „Y” czy bez trójnika?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 165

Dotyczy Zadania 66

Czy Zamawiający dopuści dren, którego wytrzymałość ciśnieniowa to min. 375 PSI? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Należy nadmienić, że im większa wytrzymałość ciśnieniowa tym użytkowanie drenów jest bezpieczniejsze.

Obecne sformułowanie „o dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu poniżej 350 psi” można interpretować, że wytrzymałość ciśnieniowa drenów może być np. 10 PSI (wartość poniżej 350psi) co jest niezgodne z użytkowaniem wstrzykiwacza kontrastu. Dla prawidłowej interpretacji tego parametru proponujemy zmianę zapisu na „o dopuszczalnym maksymalnym ciśnieniu min. 350 psi”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 166**Dotyczy Zadania 11 pozycja**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z drenem dla dorosłych wykonanych z materiału innego niż PCV, anatomiczny kształt maski z podwójnym uszczelnieniem podbródka. Maski do średniej koncentracji tlenu, pozbawiona blaszki na nos co umożliwi pracę w środowisku MRI, odporny na przetarcia przewód o długości 210cm (+/-5%) zakończony uniwersalnym łącznikiem. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 167**Dotyczy Zadania 11 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z nebulizatorem dla dorosłych i dzieci. Wykonana z materiału innego niż PCV, anatomiczny kształt maski z podwójnym uszczelnieniem podbródka, pozbawiona blaszki na nos co umożliwi pracę w środowisku MRI, gumka mocująca. Wyposażona w dren o długości 210cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami. Nebulizator o pojemności 10ml (skalowany co 2ml) służący do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta.

rozmiar: dorosły i pediatryczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 168**Dotyczy Zadania 11 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z workiem dla dorosłych, wykonanych z materiału innego niż PCV, worek do akumulacji tlenu, niskooporowy zawór zwrotny zapobiegający wydychaniu do worka, obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, dren tlenowy 210cm (+/-5%). Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 169**Dotyczy Zadania 11 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z zaworem Venturiego do tlenoterapii z reduktorem typu Venturi w zestawie zawierającym 6 dysz 24%, 28%, 31%, 35%, 40% i 50 %, z drenem do podawania tlenu o dł. 190-230cm, zawierającym adapter do podłączenia nawilżania o wysokiej wydajności. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 170**Dotyczy Zadania 31**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek ustno – gardłowa typu Guedela, gładko zaokrąglone krawędzie, jednoczęściowa konstrukcja wykluczająca odrębność blokera zgryzu. Rozmiary kodowane kolorami do łatwej identyfikacji. Sterylne, pakowane pojedynczo.

Rozmiar: 0; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 171**Dotyczy Zadania 23 pozycja 3**

Czy Zamawiający w pak 23 poz. 3 dopuści filtr mechaniczny przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych Vt 150 – 1200 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172**Dotyczy Zadania 23 pozycja 3**

Czy oferowany w pak. 23 poz. 3 filtr ma charakteryzować się skutecznością filtracji NaCl min. $\geq 99,512\%$?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 173**Dotyczy Zadania 23 pozycja 4 i 6**

Czy oferowane w pak. 23 poz. 4 i 6 filtry mają być wyposażone w wymienniki ciepła i wilgoci wykonane z celulozy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 174**Dotyczy Zadania 23 pozycja 4**

Czy ze względu na specyfikę oddziału OIT gdzie stosowane są filtry mechaniczne z wymiennikami ciepła i wilgoci pak. 23 poz. 4 Zamawiający wymaga aby filtry te charakteryzowały się wysoką skutecznością filtracji względem bakterii i wirusów min 99,9999% oraz skutecznością filtracji względem NaCl(min. $\geq 99,764\%$) udokumentowana przez niezależne badania UE cyklicznie prezentowaną w raportach MHRA?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 175**Dotyczy Zadania 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 1 dopuści kranik z korkami w tym samym kolorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176**Dotyczy Zadania 5 pozycja 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 2 dopuści kraniki bez wyczuwalnego indykatora o długościach 13,5; 25; 50 i 100?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 177**Dotyczy Zadania 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści kaniule z podwójnie oczyszczonego, termoplastycznego teflonu (PTFE), zachowując przy tym pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 178**Dotyczy Zadania 19**

Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści spike bez zastawki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 179**Dotyczy Zadania 24 pozycja 3 i 4**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 24 pozycję 3 i 4, dopuszczając jednocześnie w pozycji 4 kaniule wykonaną z podwójnie oczyszczonego, termoplastycznego teflonu, zachowując przy tym pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 180

Dotyczy Zadania 46

Czy Zamawiający w pakiecie 46 dopuści staze bezlateksową z klipsem zapinającym, perforowaną na całej długości (otwory umożliwią założenie klipsa w dowolnej odległości od części dystalnej co stanowi jednocześnie regulację siły napięcia stazy) . Możliwość stosowania techniki zapinania oraz wiązania (po zdjęciu klipsa) podczas stosowania stazy. Bardzo elastyczna. Długość 30 cm. W opakowaniu 100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 181**Dotyczy Zadania 26 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowanie lusterka laryngologicznego o średnicy lusterka ok 19mm +/- 1mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 182**Dotyczy Zadania 26 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania lusterek w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 20 opakowań a'50 sztuk tj. 1 000 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 183**Dotyczy Zadania 26 pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania pętel w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 10 opakowań a'50 sztuk tj. 500 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184**Dotyczy Zadania 26 pozycja 6**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania szczoteczek w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 6 opakowań a'100 sztuk tj. 600 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185**Dotyczy Zadania 26 pozycja 7**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania szpatułki w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 45 opakowań a'100 sztuk tj. 4 500 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186**Dotyczy Zadania 26 pozycja 9**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania lancet w opakowaniu a'200 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 10 opakowań a'200 sztuk tj. 2 000 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187**Dotyczy Zadania 28 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków stomijnych – jednoczęściowych w opakowaniu a'30 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 7 opakowań a'30 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 188

Dotyczy Zadania 28 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków stomijnych – płytka w opakowaniu a'5 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 40 opakowań a'5 sztuk tj. 200 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 189**Dotyczy Zadania 28 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków stomijnych – worek w opakowaniu a'30 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 7 opakowań a'30 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 190**Dotyczy Zadania 28 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków urostomijnych – jednocześnie w opakowaniu a'30 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 4 opakowań a'30 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 191**Dotyczy Zadania 28 pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków urostomijnych – płytka w opakowaniu a'5 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 30 opakowań a'5 sztuk tj. 150 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 192**Dotyczy Zadania 28 pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków urostomijnych – worek w opakowaniu a'30 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 5 opakowań a'30 sztuk tj. 150 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 193**Dotyczy Zadania 34 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania wzierników usznych w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 20 opakowań a'50 sztuk tj. 1000 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194**Dotyczy Zadania 37 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestawu do lewatywy zgodnie z opisem:

„- Worek o pojemności 1500 ml z otworem do zawieszenia

- Wykonany z medycznego PVC

- Skalowany cyfrowo co 250 ml

- Dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym

- Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką

- Nie zawiera lateksu

- Jednorazowego użytku

- Niesterylny

- Termin ważności: 5 lat

- Pakowanie: karton/100 sztuk”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 195**Dotyczy Zadania 37 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym pokrytym specjalną warstwą skutecznie hamującą nieprzyjemne zapachy o długości ~ 165 cm, z balonikiem retencyjnym, zakładanym bez konieczności penetracji odbytu palcem, z systemem zapobiegającym przepełnieniu balonika retencyjnego poprzez użycie strzykawki o pojemności 45 ml do wypełnienia balonika retencyjnego wodą z pierścieniem uszczelniającym. Na silikonowym rękawie port służący do napełnienia balonika retencyjnego i irygacyjny. Port do irygacji umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną.

W zestawie 3 worki o pojemności 1500 ml wyposażone w filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Zestaw posiada pasek do podwieszania. Czas utrzymania 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie zawiera lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 196**Dotyczy Zadania 37 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania worków o pojemności 1500ml kompatybilnych z zestawem, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml?

Odpowiedź:**Pytanie 197****Dotyczy Zadania 39 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ma na myśli aplikator przedstawiony poniżej, jeśli nie prosimy o dopuszczenie poniższego aplikatora.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 197**Dotyczy Zadania 39 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ma na myśli aplikator przedstawiony poniżej, jeśli nie prosimy o dopuszczenie poniższego aplikatora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 198**Dotyczy Zadania 39 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ma na myśli aplikator przedstawiony poniżej, jeśli nie prosimy o dopuszczenie poniższego aplikatora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 199**Dotyczy Zadania 56 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania szczotki do chirurgicznego mycia rąk w opakowaniu a'40 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 88 opakowań a'40 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 200**Dotyczy Zadania 56 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania szczoteczki do mycia rurek tracheostomijnych o całkowitej długości 23 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 201**Dotyczy Zadania 56 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania szczoteczki do mycia rurek tracheostomijnych w opakowaniu a'10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 5 opakowań a'10 sztuk tj. 50 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 202**Dotyczy Zadania 62 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania jałowych żeli w saszetkach w opakowaniu a'150 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 21 opakowań a'150 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 203**Dotyczy Projektu Umowy**

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 204**Dotyczy Zadania 23 pozycja 4**

Zamawiający w zadaniu nr 23, poz.4 wymaga: Filtr mechaniczny z wyodrębnionym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dedykowany na OIT. Skuteczność filtracji bakterii oraz wirusów min. 99.9999%. Zapewniający pacjentowi wydajność nawilżenia min. 33mg H₂O/L (przy VT 500ml), utratę wilgoci max. 5 mg H₂O/l (przy VT 500ml) o masie 40g. Czysty mikrobiologiczny.

Wymagany opis przedmiotu zamówienia charakteryzuje produkt 1 producenta. Tym samym narusza *art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczący zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców*.

Dlatego prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jako równoważnego:

Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, dedykowany na OIT. Skuteczność filtracji bakterii oraz wirusów min. 99.9999%., filtracji intermolekularnej,

o lepszych parametrach :

- zapewniający pacjentowi wyższą wydajność nawilżenia min. 36,8mg H₂O/L (przy VT 500ml),
- utratę wilgoci max. 5 mg H₂O/l (przy VT 500ml)
- o niższej masie – 29g.

sterylny

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 205

Dotyczy Zadania 3 pozycja 1/6

Prosimy o wyłączenie igły w rozmiarze 0,9 x 70 mm z pakietu. Wyłączenie jej pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,9 x 40mm stosowanej dotychczas w Państwa placówce.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 0,9x70mm i nie wyraża zgody na wyłączenie.

Pytanie 206

Dotyczy Zadania 3 pozycja 1/9

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,6 x 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 207

Dotyczy Zadania 3 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie czy oferowane igły bezpieczne w poz. 2 mają posiadać specjalny metalowy zatrzask wewnątrz nasadki igły zapewniający bezpieczne połączenie nasadki igły bezpiecznej do strzykawki tyłu Luer slip, potwierdzone słyszalnym kliknięciem?

Czy oferowane igły bezpieczne mają posiadać ostrze zorientowane w kierunku osłony zabezpieczającej i umożliwiać iniekcje pod małym kątem. igła i osłona igły integralnie ze sobą połączone (bez możliwości obracania i odłączenia igły od osłony zabezpieczającej).

Czy mechanizm zabezpieczający igłę ma jedną uruchamianą jedną ręką (bez konieczności użycia powierzchni twardej) po wycofaniu igły a aktywacja mechanizmu ma być potwierdzona sygnałem dźwiękowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

Pytanie 208

Dotyczy Zadania 3 pozycja 5,6,7,8,9,12

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty producenta na pozostały asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 209

Dotyczy Zadania 3 pozycja 10, 11

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby oferowane strzykawki 3 cz. do pomp infuzyjnych były wymienione w oryginalnej instrukcji obsługi pompy oraz wpisane fabrycznie w menu pompy? Prosimy o podanie typów pomp używanych w szpitalu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 210

Dotyczy Zadania 3 pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowej, koncentrycznej, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi , wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce . Opakowanie 60 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 211

Dotyczy Zadania 3 pozycja 11

Czy Zamawiający wymaga strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej , trzyczęściowej, bursztynowej, (do podaży leków światłoczułych), koncentrycznej, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi , wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce . Opakowanie 60 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 212

Dotyczy Zadania 4 pozycja 1

Czy strzykawki jednorazowe w pozycjach 1 mają posiadać czarną, jednostronną, niezmywalną skalę odpowiadającą pojemności strzykawki?

Czy strzykawki jednorazowe w pozycjach 1 mają posiadać na opakowaniu jednostkowym zapis potwierdzający zgodność z normą EN-20594-1, dot. prawidłowego ścięcia końcówki Luer - Luer tip(6%)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 213

Dotyczy Zadania 4 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawki 2/ 3 ml Luer Lock w opakowaniach max 200 szt.

Czy oferowane strzykawki mają być w całości wykonane z polipropylenu jak stosowane dotychczas?

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane strzykawki mają być sterylizowane radiacyjnie i posiadać nadrukowane na cylindrze logo producenta oraz typ strzykawki dla łatwej identyfikacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza strzykawki 2/3ml. Wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 214

Dotyczy Zadania 4 pozycja 3 i 4

Czy strzykawki do tuberculin i insuliny mają być w całości wykonane z polipropylenu jak stosowane dotychczas?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 215

Dotyczy Zadania 4 pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje w pozycji „strzykawka do insuliny z wtopiona igłą” strzykawki do insuliny 1 ml U-100 z igłą 0,33mm (29G) x 12,7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 216

Dotyczy Zadania 4 pozycja 1-5

Czy strzykawki oferowane w pakiecie 4 mają pochodzić od jednego prodecenta, co jest gwarancją stałej, jednakowej jakości dostaw?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 217

Dotyczy Zadania 5 pozycja 2

Prosimy o wyjaśnienie czy kranik z drenem o długości 7- 10 cm ma posiadać dodatkowy port iniekcyjny ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 218

Dotyczy Zadania 5 pozycja 1, 2

Czy kraniki w pozycji 1, 2 mają być wykonane z poliwęglanu, (sterylizowane radiacyjnie), z tworzywa odpornego na działanie tłuszczu i chemioterapeutyków?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 219

Dotyczy Zadania 5 pozycja 3VP

Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie czy pisząc „kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu”, oczekuje dołączenia do oferty nim 3 opublikowanych badań klinicznych potwierdzających jakość i nieinwazyjność poliuretanu z którego został wykonany cewnik, potwierdzających ograniczenie ryzyka zakrzepowego zapalenia żył związanego ze stosowanym materiałem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia min 3 badań klinicznych. Wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 220

Dotyczy Zadania 5 pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga aby zawór dostępu naczyniowego był wyposażony w uchwyt/aplikator zapobiegający przypadkowemu zakażeniu wkłucia, w kolorze innym niż zawór ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 221

Dotyczy Zadania 5 pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje zaopiniowania części zaworów z dodatkowym przedłużeniem w formie drenu. Zawór z przedłużeniem, może mieć istotne znaczenie, w kwestii czasu utrzymania wkłucia, gdyż ogranicza manipulacje bezpośrednio przy miejscu wkłucia. Taka forma da możliwość personelowi wyboru sprzętu, a jednocześnie nie zwiększy kosztów pakietu.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 222

Dotyczy Zadania 24 pozycja 4/5

Prosimy o wydzielenie z pakietu poz.4/5 dotyczącej kaniuli bezpiecznych, pozwoli to Nam jako producentowi w/w

produktów na złożenie konkurencyjnej oferty, obecnie sformułowany pakiet, wyklucza możliwość złożenia oferty przez producenta i wskazuje na możliwość składania ofert tylko przez dystrybutorów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 223

Dotyczy Zadania 24 pozycja 4/5

Czy Zamawiający wymaga, aby osłnka na igłę, posiadała mechanizm zamykający całkowicie ostrze igły, wykonany z plastiku, o gładkich krawędziach i wyposażony w system kapilarów, chroniący nie tylko przed zakłuciem, ale również przed ryzykiem ekspozycji skórno-słuzówkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 224

Dotyczy Zadania 24 pozycja 4/5

Czy zamawiający wymaga aby kaniule posiadały min. 5 pasków radiocieniujących?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 225

Dotyczy Zadania 24 pozycja 4/5

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule w rozmiarze 18G, 20G, 22G posiadały dodatkowy otwór na igłę, pozwalający na szybkie wzrokowe potwierdzenie prawidłowego miejsca wkłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 226

Dotyczy Zadania 24 pozycja 4/5

Czy zamawiający wymaga aby kaniule bezpieczne posiadały min 3 badania kliniczne (opublikowane) potwierdzające biokompatybilność poliuretanu i tym samym potwierdzające ograniczenie ryzyka zakrzepowego zapalenia żył wynikające z materiału cewnika.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 227

Dotyczy Zadania 24 pozycja 1

Prosimy o wyłączenie poz. 1 z pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 228

Dotyczy Zadania 24 pozycja 2

Czy igły do penów mają posiadać kolorystyczne oznakowanie opakowania zgodnie z kodem ISO, co pozwala na łatwą identyfikację rozmiaru?

Czy igły do penów mają być sterylizowane rariacyjnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 229

Dotyczy Zadania 45 pozycja 1

Czy zamawiający wymaga igły do wstrzykiwaczy bezpiecznej z automatycznym zabezpieczeniem po obu stronach –od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 230**Dotyczy Zadania 45 pozycja 3**

Prosimy o podanie jakiego typu strzykawki zamawiający oczekuje 2 częściowych luer, 3 częściowych luer lock ?

Odpowiedź:

2 częściowych.

Pytanie 231**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 232**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 233**Dotyczy Zadania 3 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł iniekcyjnych w rozmiarach 0.6x32mm za 0,6x30mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 234**Dotyczy Zadania 4 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej U-100 , 29G 0,33x12,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 235**Dotyczy Zadania 4 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny 27G, 0,4x12,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 236**Dotyczy Zadania 6 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu z: chlorheksydyna 0,05% i lidokaina 2% w harmonijkowym aplikatorze o objętości 12,5g.

Odpowiedź:

Nieprecyzyjne pytanie, gram nie jest miarą objętości.

Pytanie 237**Dotyczy Zadania 6 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu z: chlorheksydyna 0,05% i lidokaina 2% w harmonijkowym aplikatorze o objętości 8,5g.

Odpowiedź:

Nieprecyzyjne pytanie, gram nie jest miarą objętości.

Pytanie 238

Dotyczy Zadania 6 pozycja 1, 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania oraz wprowadzania narzędzi endoskopowych posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 239**Dotyczy Zadania 6 pozycja 1, 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel ma być sterylizowany parą wodną? Proces sterylizacji parowej pozwala na zapewnienie 3-letniego terminu przydatności do użycia, nie są stosowane dodatkowe substancje konserwujące.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Pytanie 240**Dotyczy Zadania 9 pozycja 1**

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych mają posiadać wewnętrzną część lejka karbowaną, co gwarantuje szczelne i trwałe połączenie do ssaka oraz oznaczenie numeryczne na łączniku w celu łatwiejszej identyfikacji produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 241**Dotyczy Zadania 9 pozycja 1**

Prosimy o sprecyzowanie na opakowaniu jednostkowym ma się znajdować oryginalny nadruk producenta z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 242**Dotyczy Zadania 9 pozycja 5**

Prosimy o sprecyzowanie czy średnica otworów bocznych drenujących ma nie przekraczać 5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 243**Dotyczy Zadania 9 pozycja 5**

Prosimy o wyjaśnienia czy otwory boczne drenujące w obręczy cewnika mają się cechować zaoblonym kształtem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 244**Dotyczy Zadania 9 pozycja 5**

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 245**Dotyczy Zadania 9 pozycja 8**

Prosimy o dopuszczenie cewników foley wykonanych z lateksu silikonowanych zewnętrznie w rozmiarach 14,16,18,20,22,24,26 spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:

Pozycja 8 nie zawiera cewników foleya.

Pytanie 246**Dotyczy Zadania 9 pozycja 8**

Prosimy o dopuszczenie cewników foley w rozmiarze 10ch z balonem 3ml wykonanych z silikonowanego lateksu, sterylizowanych tlenkiem etylenu, w opakowaniach podwójnych – wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier.

Odpowiedź:

Pozycja 8 nie zawiera cewników foleya.

Pytanie 247**Dotyczy Zadania 9 pozycja 8**

Prosimy o dopuszczenie cewników foley w rozmiarze 12ch z balonem 10ml wykonanych silikonowanego lateksu, sterylizowanych tlenkiem etylenu, w opakowaniach podwójnych – wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier.

Odpowiedź:

Pozycja 8 nie zawiera cewników foleya.

Pytanie 248**Dotyczy Zadania 11 pozycja 1, 2, 3, 4**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w/w asortymentu mikrobiologicznie czystego produkowanego zgodnie z zaleceniami jednostki notyfikowanej w oparciu o ustawę o wyrobach medycznych. Nadmieniamy, iż w/w sprzęt jest standardowo stosowany do podaży niesterylnego tlenu w związku z powyższym wymóg sterylności w/w produktów jest bezzasadny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 249**Dotyczy Zadania 11 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu ma posiadać łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 250**Dotyczy Zadania 11 pozycja 2**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski tlenowej z nebulizatorem dla dorosłych i dla dzieci wykonanej z przezroczystego, nietoksycznego materiału medycznego, anatomiczny kształt maski, wysoka plastyczność, regulowany klips nosowy oraz gumka mocująca, wyposażona w dren o dł.210cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami, nebulizator o pojemności 5ml skalowany co 1cm w zakresie od 2-5ml, służący do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, pakowany pojedynczo, w standardowych rozmiarach dla dorosłych (odpowiadająca rozm.L i XL) oraz dla dzieci (odpowiadająca rozm.S i M) zabezpieczających pacjentów we wszystkich opisanych w siwz rozmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 251**Dotyczy Zadania 11 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej wykonanej z PVC o dł 2,1m, czysta mikrobiologicznie, posiadająca łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury

wymagającej łącznika gwintowanego,

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 252

Dotyczy Zadania 11 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z zaworem Venturiego biologicznie czystej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 253

Dotyczy Zadania 14 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga ostrza w rozmiarze 11P do każdorazowego wyboru w trakcie składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 254

Dotyczy Zadania 15 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą zapewniającą minimum 120 minut pracy, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 255

Dotyczy Zadania 15 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego ostrza o szerokości 38-40 mm, szerokości brzegu tnącego 30-36 mm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 256

Dotyczy Zadania 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania i przygotowywania leku typu mini spike z filtrem antybakteryjnym 0,2 mikrona (czyli ponad dwukrotnie większym poziomie filtracji niż pierwotnie opisany), bez zastawki, zamykany koreczkiem luer lock domykanym ręcznie oraz uchwytem w kształcie prostokąta zapewniającym łatwe i bezpieczne nakłucie pojemnika zbiorczego, z zatyczką portu domykana ręcznie, która przy prawidłowym korzystaniu, zgodnie z instrukcją obsługi nie dopuszcza do wycieku substancji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtr 0,2um, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 257

Dotyczy Zadania 19

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy oczekuje aby przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek był dostarczany zamiennie według potrzeb Zamawiającego z kolcem standard oraz kolcem mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiołki, bez strat; kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 258

Dotyczy Zadania 19

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaka ma być objętość wypełnienia całego systemu zaoferowanego systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 259**Dotyczy Zadania 20**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 260**Dotyczy Zadania 29**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczania płynów 500 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażony w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawiony lateksu i neoprenu, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 261**Dotyczy Zadania 37 pozycja 1**

Prosimy o sprecyzowanie czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli zestaw do lewatywy, tak jak obecnie stosowane, zakończony plastyczną kanką, spełniający pozostałe wymogi siwz?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający miał na myśli „plastyczną kanką”.

Pytanie 262**Dotyczy Zadania 37 pozycja 2**

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających czas utrzymania do 29 dni zaoferowanego zestawu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 263**Dotyczy Zadania 37 pozycja 2**

Prosimy o sprecyzowanie czy kieszonka na palec dla umieszczenia palca wiodącego ma być koloru niebieskiego, tak jak w obecnie stosowanym zestawie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 264**Dotyczy Zadania 37 pozycja 3**

Prosimy o sprecyzowanie czy worki mają posiadać z zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, tak jak w obecnie stosowanych produktach?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 265**Dotyczy Zadania 41 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 3 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 266**Dotyczy Zadania 43**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma być wyposażony w dren jednoświatłowy czy dwuświatłowy?

Odpowiedź:

Worek wyposażony w dren dwuświatłowy.

Pytanie 267

Dotyczy Zadania 47 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 z pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 268

Dotyczy Zadania 12

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwane etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 269

Dotyczy Zadania 12

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 270

Dotyczy Zadania 12

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w ostatniej pozycji pojemników o pojemności 190 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 271

Dotyczy Zadania 12

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w ostatniej pozycji pojemników o pojemności 366 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 272

Dotyczy SIWZ

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zobowiązuje się.

Pytanie 273

Dotyczy Projektu Umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 274**Dotyczy Projektu Umowy**

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 275**Dotyczy Projektu Umowy**

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 276**Dotyczy Projektu Umowy**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w§5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 277**Dotyczy Projektu Umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 278**Dotyczy Projektu Umowy**

Zgodnie ze wzorem umowy jej przedmiotem jest sukcesywna, częściowa dostawa/realizacja przedmiotu zamówienia przez okres obowiązywania umowy, w każdorazowo ustalonych/zamówionych przez Zamawiającego wielkościach i wynikającej z tego wartości, która może być bardzo różna, natomiast kary umowne za nieterminową, nienależytą realizację zamówień naliczane są jako procent od całkowitej, maksymalnej wartości umowy. Tak ukształtowane zapisy wzoru umowy nie są zgodne z obowiązującymi zasadami prawa oraz wyczerpują przesłanki przesądzające o rażącym wygórowaniu kary umownej zwłaszcza w okolicznościach, gdy wierzyciel nie

poniósł żadnej szkody albo poniósł szkodę nieznaczną wskutek niewykonania umowy (istotny jest stosunek kary umownej do wysokości odszkodowania, które mogłoby być dochodzone na zasadach ogólnych), gdy kara jest nieproporcjonalnie surowa do stopnia zawinienia, wielkości zamówienia, stosunku kary umownej do wartości wykonanego zamówienia (istotna jest relacja wysokości kary do należnego wynagrodzenia za realizację części umowy, z tytułu której nienależytego, nieterminowego wykonania nałożono karę) oraz chronionego przy jej pomocy interesu wierzyciela. W sytuacji zamawiania nieznaczej wielkości asortymentu w stosunku do wartości całej umowy zachodzić może przypadek niewspółmierności wysokości kary do wartości zamawianego towaru i otrzymanej za niego kwoty wynagrodzenia. Wysokość kary w stosunku do wartości całej umowy pozostawać będzie w dużej dysproporcji.

Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie. Uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, można ją uważać za rażąco wygórowaną.

Zwracamy się z prośbą o takie ukształtowanie zapisów wzoru umowy, aby kara umowna z tytułu nieterminowego, nienależytego wykonania części przedmiotu zamówienia naliczana była od wartości tej części, a nie wartości całej umowy.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że zostaje dokonana zmiana w opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniach nr 5, 7, 24. Poprawione Formularze Cenowe w załączeniu. Zamawiający informuje również, że wymaga dla niżej wymienionych Zadań następujące dokumenty:

Zadanie 37 pozycja 2 – badania kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające czas utrzymania do 29 dni.

Zadanie 5 pozycja 3 – badania kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu.

Zadanie 24 pozycja 4 - badania kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu.

W związku ze zmianami do SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania i otwarcia ofert – (składanie ofert: dnia 19.09.2019 r. godz. 10.00; otwarcie ofert dnia 19.09.2019 r. godz. 10.30).