

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2
TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92
e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw.pl

Warszawa, dnia 23.12.2019 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów medycznych i leków wykorzystywanych w chirurgii ginekologicznej w podziale na 11 zadań w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy D-55/N/19) w DUUE nr 2019/S 244-599513 oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach 19.12.2019 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści pilot pacjenta w postaci aparatu przenośnego z zainstalowaną aplikacją do programowania stymulatora do stymulacji nerwów krzyżowych wraz z komunikatorem obsługującym technologię łączności bezprzewodowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 9 – System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 9 jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna taśma, zarówno do zakładania TVT jak i TOT), w 100% z polipropylenu monofilamentowego, jednorodna, całkowicie niewchłaniana, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60 %, porowatość 1500-1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm (wyznaczenie środka, ułatwia implantację), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm. Do zakładania igła wielokrotnego użytku z ergonomiczną rękojeścią do zakładania taśmy załonowo. Na każde 10 szt. taśm 1 igła wielokrotnego użytku lub jeśli Zamawiający sobie życzy, to do każdej taśmy igła (wliczona w cenę taśmy).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9:

200 szt. taśm do korekcy wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wypustki środkującej;

Oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, o średnicy 4 mm, do implantacji z dostępu załonowego?

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 w pozycji numer 1 jako jednostkę miał na myśli opakowanie za nie zestaw ?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli opakowanie.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów SIWZ pkt V. ppkt 2.2. e): Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
dr n. ekon. Zbigniew Marońkiewicz