

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2  
TEL (0 - 22) 47-35-127      FAX (0-22) 613-19-92  
e-mail: zamowienia@mssw.pl      internet: [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl)

Warszawa, dnia 22.01.2020 r.

**W Y J A Ś N I E N I E**

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **dostawę odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań oraz dostawę podłoży, testów, krążków do analityki i bakteriologii (powtórzenie)** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-15/N/19 (ogłoszenie w DUUE nr 2020/S 003-002962 z dnia 06.01.2020 r.)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach 08 - 20.01.2019 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

**Pytanie 1**

**Dotyczy Zadania 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 – 3 krążków pochodzących od innego producenta ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że oferowane krążki będą kompatybilne z dyspenserami oferowanymi przez Wykonawcę.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy Zadania 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy Zadania 6**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 1 fiołki w każdej pozycji zadania 6?

**Odpowiedź: Zgodnie ze sprostowaniem do SIWZ z dnia 10.01.2020 r.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy Zadania 2**

Zgodnie z wymaganiem p. 2 w tabeli : ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO

Prosimy o wyjaśnienie :

Czy Zamawiający wymaga wydzierżawienia **2 sztuk kompletnych analizatorów do proteinogramów ?**

(tzn. 1 kompletny analizator główny + komputer jako jego system sterujący i kompletny analizator zapasowy + komputer jako jego system sterujący ) ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga analizator główny, natomiast analizator zapasowy – dopuszcza.**

**Pytanie 5**

**Dotyczy Zadania 2**

W związku z p. 2 tabeli- tzn. *JEDNO I/LUB DWUKIERUNKOWE PRZESYŁANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO - PODŁĄCZENIE NA KOSZT WYKONAW*

- prosimy o informację o systemie informatycznym do jakiego należy wykonać podłączenie .

**Odpowiedź: Infomedica Asseco**

**Pytanie 6**

**Dotyczy Zadania 2**

Prosimy o informację, czy do systemu informatycznego ma zostać podłączony wyłącznie analizator główny czy główny i zapasowy ( tzn. czy w kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 1 czy 2 podłączenia) ?

**Odpowiedź: Analizator główny**

**Pytanie 7**

**Dotyczy Zadania 2**

W p. 7 tabeli znajduje się zapis - WYKONAWCA ZAPEWNI ANALIZATOR ZAPASOWY LUB MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OZNACZEŃ W INNYM LABORATORIUM – CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK OD 1 DO 3 DNI.

Prosimy o wyjaśnienie , czy możliwość wykonywania badań na back'up dotyczy całego okresu objętego umową, czy wyłącznie w przypadku awarii dzierżawionego urządzenia przy raku możliwości naprawy w okresie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia awarii ?

**Odpowiedź: Tylko w przypadku awarii.**

**Pytanie 8**

**Dotyczy Zadania 8**

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie cryobanku w opakowaniu 80 sztuk? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości opakowań.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza (2 op.)**

**Pytanie 9**

**Dotyczy Zadania 1A**

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO,  
Punkt 2 - Czy Zamawiający może podać nazwę sieci informatycznej, do której ma zostać podłączony aparat?

**Odpowiedź: Infomedica Asseco.**

**Pytanie 10**

**Dotyczy Zadania 1A**

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA GŁÓWNEGO I ZAPASOWEGO,  
Punkt 4: Czy Zamawiający może określić, które parametry będzie chciał poddać międzynarodowej kontroli

jakości?

**Odpowiedź: Wszystkie dostępne parametry.**

**Pytanie 11**

**Dotyczy Zadania 7**

pozycja 31 formularza cenowego - Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował podłoża chromogenne do bezpośredniej identyfikacji *C. difficile* dające widoczne gołym okiem barwne kolonie, które można identyfikować bez użycia lampy UV ani innych urządzeń koniecznych do potwierdzenia prawidłowości odczytu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 12**

**Dotyczy Zadania 7**

pozycja 11 formularza cenowego - Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu jeżeli w składzie podłoża znajdować się będą neomycyna i wankomycyna?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 13**

**Dotyczy Zadania 7**

pozycja 18 formularza cenowego - Czy Zamawiający wymaga, aby podłoże w zależności od zastosowanej procedury, zwalidowanej przez producenta, służyło do badań przesiewowych lub do potwierdzenia oporności na Colistynę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 14**

**Dotyczy Zadania 7**

pozycja 25 formularza cenowego - Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli podłoże będzie ostatecznie dokonywało identyfikacji *C. albicans* natomiast do pozostałych gatunków będzie to ukierunkowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15**

**Dotyczy Zadania 7**

pozycja 15,16,17,20 formularza cenowego - Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu, jeżeli Wykonawca zaoferuje próbówki o pojemności 9 ml.?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 16**

**Dotyczy Zadania 7**

pozycja nr 20 formularza cenowego - Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na podłoże przechowywane w temp. od 2 do 8 st. C. ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17****Dotyczy Zadania 7**

pozycja 21 formularza cenowego - Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu, jeżeli w pozycji Wykonawca zaproponuje podłoże, na którym można na podstawie innego zabarwienia kolonii bakteryjnych różnicować *E.faecalis* od *E.faecium*?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 18****Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy dzierżawy – zał. 1b (w zakresie Zadania 1A)**

Rozdział II SIWZ pkt. 11b oraz §3 ust 6 umowy dzierżawy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do usterki w ciągu max. 48 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19****Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy dzierżawy – zał. 1b (w zakresie Zadania 1A)**

Rozdział II SIWZ pkt. 11c oraz §3 ust 4 umowy dzierżawy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostęp telefoniczny w godzinach pracy Wykonawcy tj. od godz. 8 do godz. 16 w dni robocze oraz zrezygnuje z porozumiewania się za pośrednictwem faksu z uwagi na to, że Wykonawca zrezygnował z takiej formy komunikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z porozumiewania się za pośrednictwem faksu.**

**Pytanie 20****Dotyczy Zadania 7**

Formularz cenowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny pn. „cena netto za 1 opakowanie” z uwagi na to, że Wykonawca będzie dokonywał zakupu pełnych opakowań w trakcie trwania umowy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Należy również podać ilość w opakowaniu.**

**Pytanie 21****Dotyczy Zadania 7**

Formularz cenowy – warunki wymagane pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści płytki pakowane po 100 szt. dla pozycji: 1, 2, 5, 7, 9 i 29 oraz po 20 sztuk dla pozostałych pozycji formularza cenowego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22****Dotyczy Zadania 7**

Parametry oceniane pkt 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu parametrów ocenianych na:  
„- min. 5 tygodni dla płytek z dodatkiem krwi  
- od 3 do 8 tygodni dla pozostałych odczynników”

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić minimalnego terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23**

**Dotyczy projektu umowy dzierżawy – zał. 1b (w zakresie Zadania 1A)**

§3 ust 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie instrukcji obsługi analizatorów w języku polskim oraz dokumentacji technicznej w formie elektronicznej na płycie CD z uwag na obszerność dokumentacji ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24**

**Dotyczy projektu umowy dzierżawy – zał. 1b (w zakresie Zadania 1A)**

§3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wydzierżawiający jest zobowiązany udostępnić Dzierżawcy nieograniczony dostęp telefoniczny dostępny w godzinach 8:00-16:00 lub adres elektroniczny w celu możliwości zgłaszania awarii.”?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §3 ust. 4 na następujący: „ Wydzierżawiający jest zobowiązany udostępnić Dzierżawcy nieograniczony dostęp telefoniczny lub elektroniczny przez 24 godziny w dni robocze w celu możliwości zgłaszania awarii”.**

**Pytanie 25**

**Dotyczy projektu umowy dzierżawy – zał. 1b (w zakresie Zadania 1A)**

§3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dzierżawca obowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z posiadaniem analizatorów, a w szczególności do ubezpieczenia od kradzieży, zniszczenia itp.”? Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenę winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisu.**

**Pytanie 26**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1a (w zakresie Zadania 1A)**

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawy realizowane będą w uzgodnionych na bieżąco w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie Zapotrzebowania, dopuszcza się formę przekazywania zamówień e-mailem na adres ..... z realizacją do 7 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust. 2 na następujący: „Dostawy realizowane będą w uzgodnionych na bieżąco w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się formę przekazywania zamówień e-mailem) z realizacją do 7 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.”**

**Pytanie 27**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1a (w zakresie Zadania 1A)**

§4 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na ustosunkowanie się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji do 5 lub 4 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust. 9 na następujący: „Wykonawca zobligowany jest do ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji poprzez adres e-mailem, w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych jest uważane za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonaniem wymian odczynników do na zgodne z zamówieniem”.

**Pytanie 28**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1a (w zakresie Zadania 1A)**

§5 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „0,2% wartości brutto reklamowanych towarów, za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanych przez Zamawiającego przedmiotu umowy złej jakości, ponad termin określony umową,”?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 29**

**Dotyczy projektu umowy - – zał. 1a (w zakresie Zadania 1A)**

§5 ust. 1 lit. a – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 30**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1a (w zakresie Zadania 1A)**

§5 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „0,2% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową, z zastrzeżeniem ust. 2”?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1a (w zakresie Zadania 1A)**

§5 ust. 1 lit. b – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy Zamawiający wyjaśni co rozumie pod pojęciem „niezrealizowanej umowy brutto”? Czy po każdorazowej zgodnej z umową realizacji zamówienia wartość niezrealizowanej części umowy będzie pomniejszana o wartość dokonanych zamówień w ten sposób, że przy końcu obowiązywania umowy podstawę naliczania kary będzie stanowić praktycznie zerowa wartość niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 32**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1a (w zakresie Zadania 1A)**

§5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1a (w zakresie Zadania 1A)**

§5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto.”?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c (w zakresie Zadania 7)**

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawy realizowane będą w uzgodnionych na bieżąco w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie Zapotrzebowania, dopuszcza się formę przekazywania zamówień e-mailem na adres ..... z realizacją do 7 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust. 2 na następujący: „Dostawy realizowane będą w uzgodnionych na bieżąco w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się formę przekazywania zamówień e-mailem) z realizacją do 7 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.”**

**Pytanie 35**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c (w zakresie Zadania 7)**

§4 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na ustosunkowanie się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji do 5 lub 4 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust. 9 na następujący: „Wykonawca zobligowany jest do ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji poprzez adres e-mailem, w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych jest uważane za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonaniem wymian odczynników do na zgodne z zamówieniem”.**

**Pytanie 35a**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c (w zakresie Zadania 7)**

§5 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „0,2% wartości brutto reklamowanych towarów, za każdy dzień oczekiwania na wymianę zareklamowanych przez Zamawiającego przedmiotu umowy złej jakości, ponad termin określony umową.”?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c (w zakresie Zadania 7)**

§5 ust. 1 lit. a – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c ( w zakresie Zadania 7)**

§5 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „0,2% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową, z zastrzeżeniem ust. 2”?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c ( w zakresie Zadania 7)**

§5 ust. 1 lit. b – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy Zamawiający wyjaśni co rozumie pod pojęciem „niezrealizowanej umowy brutto”? Czy po każdorazowej zgodnej z umową realizacji zamówienia wartość niezrealizowanej części umowy będzie pomniejszana o wartość dokonanych zamówień w ten sposób, że przy końcu obowiązywania umowy podstawę naliczania kary będzie stanowić praktycznie zerowa wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 39**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c ( w zakresie Zadania 7)**

§5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 40**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c ( w zakresie Zadania 7)**

§5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto.”?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41**

**Dotyczy Zadania 6 (warunki konieczne)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z antybiotykami, które posiadają średnicę około 6 mm (6,35 – 6,5 mm). Wymiar średnicy przeliczany jest z pozaukładowej jednostki miary długości zwanej całem międzynarodowym, przez większość producentów krążków z antybiotykami?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie 42****Dotyczy Zadania 6 (warunki konieczne)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych po 4 fiolki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blistrów fiolek i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowo każda fiolka posiada zabezpieczenie w postaci kapturka chroniącego przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 43****Dotyczy Zadania 6 (warunki konieczne)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych z terminem ważności około 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 44****Dotyczy Zadania 6 (formularz asortymentowo-cenowy)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr8 krążków antybiogramowych pochodzących od innego producenta jak pozostały asortyment?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że oferowane krążki będą kompatybilne z dyspenserami oferowanymi przez Wykonawcę.**

**Pytanie 45****Dotyczy Zadania 1 (formularz asortymentowo-cenowy)**

pkt. 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z zadania 1 odczynnika Quantiferon?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 46****Dotyczy projektu umowy – zał. 1a**

§ 5 ust. 1, pkt a), b) - Prosimy o modyfikację ww. Postanowień projektu umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki za dostawę, której zwłoka dotyczy, a nie od wartości całości Umowy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 47****Dotyczy Zadania 5**

Czy w zadaniu 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu barwników konfekcjonowanego w butelkach o pojemności 240ml z zakraplaczami o wydajności do 300 preparatów/zestaw?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 48**

**Dotyczy Zadania 6**

Czy w zadaniu 6, w poz. 56 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków pochodzących od innego producenta kompatybilnych z zaoferowanymi dyspenserami oraz spełniające pozostałe warunki określone w specyfikacji.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 49**

**Dotyczy Zadania 8**

Czy w zadaniu 8 w poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w fiolkach o pojemności 5ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 50**

**Dotyczy Zadania 8**

Czy w zadaniu 8, w poz. 10 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w formie pasków diagnostycznych? Pasek diagnostyczny zmienia kolor wskazując na dodatni wynik testu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 51**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 52**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

(§ 5 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 53**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

(§ 5 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 54**

**Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

**Odpowiedź: UZP nie przewiduje.**

**Pytanie 55****Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

**Odpowiedź:** Wszystkie dopuszczalne zmiany zgodnie z §6 projektu umowy.

**Pytanie 56****Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

**Odpowiedź:** Wszystkie dopuszczalne zmiany zgodnie z §6 projektu umowy.

**Pytanie 57****Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**Odpowiedź:** Wszystkie dopuszczalne zmiany zgodnie z §6 projektu umowy.

**Pytanie 58****Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

**Odpowiedź:** Wszystkie dopuszczalne zmiany zgodnie z §6 projektu umowy.

**Pytanie 59****Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

**Odpowiedź:** Wszystkie dopuszczalne zmiany zgodnie z §6 projektu umowy.

**Pytanie 60****Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie 61****Dotyczy projektu umowy – zał. 1c**

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on

niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

**Odpowiedź: Wszystkie dopuszczalne zmiany zgodnie z §6 projektu umowy.**

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zbigniew Marcinkiewicz