

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 - 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2
TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX 613-19-92

SZPM – ZP/411/ 124 /20

Warszawa, dnia 13.03.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
wg rozdzielnika**

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w DUUE nr ogłoszenia 2020/S 003-002962 z dnia 06.01.2020 r. **na dostawę odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań oraz dostawę podłoży, testów, krążków do analityki i bakteriologii - powtórzenie (sprawa nr D-15/N/19).**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wykonawcom następujące informacje o wynikach przedmiotowego postępowania:

Zadanie 1

Zadanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie 1A

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o.o.

ul. gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa

uzyskana punktacja dla kryterium oceny „cena 60%” i „parametry techniczno - użytkowe 40%”:

<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry techniczno – użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
60 pkt	15 pkt	75 pkt

Wykonawca BIOMERIEUX jako jedyny złożył ważną ofertę w zakresie Zadania 1A. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zadanie 2

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

BIAMEDITEK Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 58
15-620 Białystok

uzyskana punktacja dla kryterium oceny „cena 60%” i „parametry techniczno - użytkowe 40%”:

<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry techniczno – użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
60 pkt	20 pkt	80 pkt

Wykonawca BIAMEDITEK jako jedyny złożył ważną ofertę w zakresie Zadania 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zadanie nr 3

Zadanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie nr 4

Zadanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zadanie 5

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

GRASO Zenon Sobiecki

ul. Krąg 4a

83-200 Starogard Gdański

uzyskana punktacja dla kryterium oceny „cena 60%” i „parametry użytkowe 40%”:

<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
60 pkt	40 pkt	100 pkt

Oferta GRASO uzyskała najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert w zakresie Zadania 5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pozostałe oferty oraz ocena punktowa:

<i>Wykonawca:</i>	<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
AQUA-MED. ZPM – KOLASA Sp. jawna ul. Targowa 55 90-323 Łódź	52,77 pkt	40 pkt	92,77 pkt
DIAG - MED. Grażyna Konecka ul. Modularna 11A, bud. H3 02-238 Warszawa	49,08 pkt	40 pkt	89,08 pkt
STAMAR Dorota Szewczyk ul. Feliksa Perla 5 41-300 Dąbrowa Górnicza	47,49 pkt	40 pkt	87,49 pkt

<i>Wykonawca:</i>	<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
BIOMAXIMA S.A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	37,99 pkt	40 pkt	77,99 pkt
ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Polska 114 60-401 Poznań	34,54 pkt	40 pkt	74,54 pkt

Zadanie 6

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Polska 114
60-401 Poznań

uzyskana punktacja dla kryterium oceny „cena 60%” i „parametry użytkowe 40%”:

<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
60 pkt	30 pkt	90 pkt

Wykonawca ARGENTA jako jedyny złożył ważną ofertę w zakresie Zadania 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy **BIOMAXIMA S.A.** z siedzibą w Lublinie 20-277, ul. Vetterów 5, w zakresie Zadania 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Zgodnie z katalogiem dołączonym do oferty, oferowany dyspenser można stosować tylko z fiolkami zawierającymi krążki firmy „Biomaxima”, podczas gdy w pozycji 17 i 53 wykonawca zaoferował krążki firmy „Liofilchem”. Ponadto zgodnie z załączonym katalogiem wykonawca oferuje dyspenser jedynie 6-cio pozycyjny.

Zamawiający zgodnie w wyjaśnieniu do SIWZ z dnia 22.01.2020 r. wyraził zgodę na zaoferowanie krążków pochodzących od innych producentów, pod warunkiem, że będą one kompatybilne z oferowanymi dyspenserami. Ponadto w wymaganiach koniecznych Zamawiający zawarł wymóg o posiadaniu dyspenserów 6-cio i 8-mio pozycyjnych.

W związku z powyższym oferta BIOMAXIMA w zakresie Zadania 6 została odrzucona jak na wstępie.

Oferta wykonawcy **DIAG – MED. Grażyna Konecka** z siedzibą w Warszawie 02-238, ul. Modułarna 11A, w zakresie Zadania 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Zgodnie z katalogiem dołączonym do oferty, oraz odpowiedzią na zapytanie Zamawiającego z dnia 27.02.2020 r., Wykonawca zaoferował dyspensery 6-cio i 7-mio pozycyjne, natomiast w warunkach koniecznych Zamawiający zawarł wymóg posiadania dyspenserów 6-cio i 8-mio pozycyjnych.

W związku z powyższym oferta DIAG-MED w zakresie Zadania 6 została odrzucona jak na wstępie.

Zadanie 7

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

GRASO Zenon Sobiecki

ul. Krąg 4a
83-200 Starogard Gdański

uzyskana punktacja dla kryterium oceny „cena 60%” i „parametry użytkowe 40%”:

<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
60 pkt	40 pkt	100 pkt

Oferta GRASO uzyskała najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert w zakresie Zadania 7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pozostałe oferty oraz ocena punktowa:

<i>Wykonawca:</i>	<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o.o. ul. gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa	46,62 pkt	40 pkt	86,62 pkt

Zadanie 8

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

DIAG-MED. Grażyna Konecka

ul. Modułarna 11A, bud. H3
02-238 Warszawa

uzyskana punktacja dla kryterium oceny „cena 60%” i „parametry użytkowe 40%”:

<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
60 pkt	40 pkt	100 pkt

Oferta DIAG-MED uzyskała najwyższą ilość punktów spośród złożonych ofert w zakresie Zadania 8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pozostałe oferty oraz ocena punktowa:

<i>Wykonawca:</i>	<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Polska 114 60-401 Poznań	33,38 pkt	40 pkt	73,38 pkt
GRASO Zenon Sobiecki ul. Krag 4a 83-200 Starogard Gdański	25,80 pkt	40 pkt	65,80 pkt
BIOMAXIMA S.A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	35,56 pkt	20 pkt	55,56 pkt

Zadanie 9

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Polska 114
60-401 Poznań

uzyskana punktacja dla kryterium oceny „cena 60%” i „parametry użytkowe 40%”:

<i>Cena 60%</i>	<i>Parametry użytkowe 40%</i>	<i>Razem:</i>
60 pkt	40 pkt	100 pkt

Wykonawca ARGENTA jako jedyny złożył ważną ofertę w zakresie Zadania 9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zadanie nr 10

Zadanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z wyborem najkorzystniejszych ofert w zakresie Zadań: 1A, 2, 5, 6, 7, 8, 9 Zamawiający wzywa Wykonawców do zawarcia umowy w dniu 24.03.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Witold Pikto - Pietkiewicz