

Zadanie III

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
łóżko porodowo – pobytowe 2 szt.

Producent:

Model:

Rok produkcji: 2020

LP	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie porodu . Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu : klasycznej , siedzącej , bocznej , kłęczącej , kucznej , będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezyjologicznych ,w porodu	Tak	
2.	Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też innych mechanizmach niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub też uniemożliwiających skuteczną dezynfekcję/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta . Konstrukcja umożliwiająca całkowite , dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu 5-7 minut	Tak	
3.	Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Leże oparte na jednej kolumnie prostopadłościowej osadzonej asymetrycznie względem podstawy	Tak	
4.	Długość łóżka porodowego wraz z materacem 2050 mm +/- 50 mm	Tak, podać	
5.	Szerokość łóżka porodowego: 1060 mm +/- 50 mm	Tak, podać	
6.	Sterownik ręczny, za pomocą którego reguluje się: - wysokością, - kątem nachylenia segmentu pleców, - kątem nachylenia segmentem siedziska	Tak	
7.	Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 900 mm +/- 20 mm liczonym od powierzchni materaca	Tak, podać	

Zadanie III

8.	Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 17° do 70°, +/- 5°	Tak, podać	
9.	Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0° do 25°, +/- 5°	Tak, podać	
10.	Segment nożny leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 25°.	Tak, podać	
11.	Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15°, +/- 3°	Tak, podać	
12.	Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców	Tak	
13.	Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost"	Tak	
14.	Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Maksymalna grubość materacy 75mm . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów	Tak	
15.	Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym	Tak	
16.	Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. Materace stabilizowane na leżu za pomocą tworzywowych pinów/bolców wsuwanych w otwory w leżu.	Tak	
17.	Łóżko posiada regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk pomagających w czasie porodu .Podkolannik mogą być ustawione również jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu .	Tak	

Zadanie III

18.	Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję . Nie dopuszcza się rozwiązań zacisków kulkowych powodujących „wyrabianie” się po 1-2 latach używania i nie trzymających stabilnie ustawionej pozycji.	Tak	
19.	Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podglówek z regulacją wysokości	Tak	
20.	Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg	Tak, podać	
21.	Maksymalna waga pacjenta min 200kg	Tak, podać	
22.	Deklaracja zgodności	Tak	
23.	Minimalny okres gwarancji 36 miesiące	Tak	
24.	Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat	Tak	
25.	Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory	Tak	
26.	Wyposażenie : - Komplet podkolanników/oparcie stóp z podpórkami do rąk, - Demontowalna miska, - Sterownik ręczny, - Regulowany podglówek (poduszka) - w górnej części segmentu pleców tapicerowany uchwyt do podtrzymywania się pacjentki, - uchwyty do zaparcia w trakcie porodu umieszczone w sekcji siedziska - demontowalne barierki boczne - drążek do pozycji kucznej - wieszak kroplówki	Tak	

.....
podpis wykonawcy