

Zadanie IV

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

łóżko porodowo – pobytowe 1 szt

Producent:

Model:

Rok produkcji: 2020

LP	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie porodu. Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu : klasycznej , siedzącej , bocznej , klęczącej , kucznej , będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych ,w porodu. Konstrukcja łóżka uniwersalna, możliwość ustawienia segmentów jako łóżko porodowe oraz jako pełne leże pobytowe, bez konieczności montażu dodatkowych segmentów	Tak	
2.	Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też innych mechanizmach niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub też uniemożliwiających skuteczną dezynfekcję/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta . Konstrukcja umożliwiająca całkowite , dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu 5-7 minut	Tak	
3.	Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Pojedyncza kolumna umieszczona asymetrycznie (nie centralnie) w celu zwiększenia przestrzeni pod siedziskiem. Nie dopuszcza się mechanizmów korbowych, opartych na pantografie czy też innych rozwiązań gdzie istnieje możliwość przytraśnięcia lub przygniecenia ciała pacjenta	Tak	
4.	Długość łóżka porodowego wraz z segmentem nożnym 2100 mm +/- 50 mm Długość łóżka bez segmentu nożnego 1550mm (+/- 50mm)	Tak, podać	
5.	Szerokość całkowita łóżka porodowego wraz barierkami: 930 mm +/- 50 mm	Tak, podać	
6.	Elektryczna regulacja wysokości, segmentu pleców i siedziska za pomocą wbudowanych w segment pleców sterowników. Przyciski membranowe, wodoodporne.	Tak	
7.	Łóżko wyposażone z dwie barierki boczne przy segmencie pleców. Barierki składane za pomocą mechanizmu zegarowego, brak wymaganej jakiegokolwiek przestrzeni w celu złożenia barierki. Złożenie następuje po naciśnięciu przycisku wbudowanego po zewnętrznej stronie barierki.	TAK,	
8.	Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 1000 mm +/- 50 mm liczoną od powierzchni materaca	Tak, podać	

Zadanie IV

9.	Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od -15° do 70° , $\pm 5^{\circ}$	Tak, podać	
10.	Elektryczna, oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0° do 20° , $\pm 5^{\circ}$	Tak, podać	
11.	Segment nożny (platforma dla noworodka) leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. $0 - 20^{\circ}$.	Tak, podać	
12.	Regulacja podnóżków manualna, możliwość regulacji jedną ręką: W poziomie $0-60^{\circ}$ ($\pm 5^{\circ}$) W pionie $0 - 140^{\circ}$ ($\pm 5^{\circ}$) Każdy podnóżek wyposażony w podkolannik z dodatkową regulacją w pionie i poziomie oraz z możliwością wysunięcia podkolannika z podnóżka w celu lepszego dopasowania łóżka do wysokości rodzącej. Podnóżki tapicerowane w kolorze materaców łóżka. Podkolanniki koloru czarnego.	Tak, podać	
13.	Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. -15° , $\pm 5^{\circ}$	Tak, podać	
14.	Możliwość ręcznego opuszczania oparcia – funkcja CPR segmentu pleców	Tak	
15.	Łóżko przejezdne, podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół; funkcja jazdy "na wprost". Dźwignia blokady hamulca umieszczona z boku podstawy. Koła o średnicy 150mm	Tak	
16.	Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV. Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów	Tak	
17.	Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym	Tak	
18.	Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniami cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu.	Tak	
19.	Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podglówek z regulacją wysokości	Tak	
20.	Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg Obciążenie segmentu pleców min 150kg Obciążenie segmentu nożnego min 150kg Obciążenie podnóżków min 70kg	Tak, podać	
21.	Deklaracja zgodności	Tak	
22.	Minimalny okres gwarancji 36 miesiące	Tak	
23.	Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat	Tak	

Zadanie IV

24.	Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory	Tak	
25.	Wypożażenie : - Komplet podnózków z wysuwanyimi podkolannikami - Demontowalna miska, - Regulowany podgłówek (poduszka) - bariery boczne - szyny boczne na akcesoria przy siedzisku - uchwyty do zaparcia w trakcie porodu - wieszak kroplówki - drążek do pozycji kucznej	Tak	

.....
podpis wykonawcy