

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2  
TEL (0 - 22) 47-35-127      FAX (0-22) 613-19-92  
e-mail: zamowienia@mssw.pl      internet: [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl)

Warszawa, dnia 27.08.2020 r.

**WYJAŚNIENIE**

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **dostawę materiałów medycznych: nici chirurgiczne, rękawice, opatrunki, obłożenia, materiały ochronne na okres 18 miesięcy** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-38/N/20 (ogłoszenie w DUUE z dnia 07.08.2020 r. nr 2020/S 152-370366)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane w dniach 10 - 21.08.2020 r.

Treści pytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

**Pytanie 1**

**Dot. Pakietu V Zadania 2**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający wykonany z dwóch stron z włókniny 30g/m2 z poliestrowym wypełnieniem 60g/m2, rozmiar 110x220cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

**Dot. Pakietu V Zadania 4**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3**

**Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4**

**Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści szerokość 50cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5**

**Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Zadania nr 6 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyłącza.**

**Pytanie 6**

**Dot. Pakietu VI Zadania 4**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7**

**Dot. Pakietu VI Zadania 4**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: złożenia oferty na podkład wysokochłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm, oraz o chłonności co najmniej 1750g?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8**

**Dot. Pakietu VI Zadania 8**

Czy zamawiający wymaga w części nr VI w pakiecie nr 8 folię bakteriobójczą, sterylną, oddychającą, antystatyczną, matową, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9**

**Dot. Pakietu VI Zadania 9**

**Pozycja 5** - Czy zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 20 cm x 20cm oraz rozmiarze części lepnej 10 cm x 20 cm? Pozwoli to naszej firmie na złożenie korzystnej oferty cenowej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10****Dot. zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 11****Dot. Pakietu I Zadanie 1**

Pozycje: 4, 7-9, 11, 14-16, 19-21 - Czy Zamawiający dopuści również nieć bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 12****Dot. Pakietu I Zadanie 1**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydziela.**

**Pytanie 13****Dot. Pakietu I, Zadanie 1**

Pozycje 10, 22 - Czy Zamawiający dopuści również szew z igłą okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14****Dot. Pakietu I, Zadanie 1**

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w opakowania zbiorcze po 12 saszetek, z odpowiednim przeliczeniem kolumny „ilość”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15****Dot. Pakietu I, Zadanie 2**

Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16****Dot. Pakietu I, Zadanie 2**

Pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 17****Dot. Pakietu I, Zadanie 3**

Pozycje: 1, 4 - Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w opakowania zbiorcze po 10 saszetek?

W przypadku wyrażenia zgody proszę o informację czy należy zaoferować 1 opakowanie po 10 szt. Czy 2 opakowania po 10 szt.?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 18****Dot. Pakietu I Zadanie 3**

Pozycje: 1, 4 - Czy Zamawiający dopuści również szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19****Dot. Pakietu I Zadanie 3**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydziela.**

**Pytanie 20****Dot. Pakietu I Zadanie 3**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rozmiar nici 2 USP, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 21****Dot. Pakietu I Zadanie 5**

Pozycja - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą lancetowatą, szpatułą podwójną, bez określenia „kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 22****Dot. Pakietu I Zadanie 6**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23****Dot. Pakietu I Zadanie 8**

Czy Zamawiający dopuści szew bez katalogowego określenia „ z kontrolowanym rozciąganiem i

plastycznym odkształcaniem węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 24**

**Dot. Pakietu I Zadanie 8**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły okrągłej everpoint dopuści również igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 25**

**Dot. Pakietu I Zadanie 8**

Pozycje: 17, 19, 20 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, bez określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 26**

**Dot. Pakietu I Zadanie 8**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 27**

**Dot. Pakietu I Zadanie 8**

Pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), bez określenia „czarna”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 28**

**Dot. Pakietu I Zadanie 10**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, powlekany, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 29**

**Dot. Pakietu IV Zadanie 2**

Pozycje: 1, 2, 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów z nitką RTG bielonych o dużej chłonności 17 nitkowych 12 warstwowych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 30****Dot. Pakietu IV Zadanie 2**

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów z nitką RTG bielonych o dużej chłonności 17 nitkowych 16 warstwowych o wymiarach 7,5cm x 7,5cm pakowanych a' 10 szt.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 31****Dot. Pakietu IV Zadanie 3**

Pozycje: 1, 2, 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów o dużej chłonności 17 nitkowych 12 warstwowych.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 32****Dot. Pakietu IV Zadanie 5**

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego sterylnego opatrunku do mocowania kaniul na włókninie w rozmiarze 6cm x 8cm. Opatrunek dodatkowo wyposażony w poduszeczkę wyściełającą zabezpieczającą miejsce wkłucia oraz chroniącą pacjenta przed uciskiem spowodowanym przez kaniule, posiada zaokrąglone brzegi co zapobiega uciążliwemu zwijaniu się włókniny oraz wyposażony w nacięcie pod port kaniuli. Wyrób medyczny klasy I sterylnej. Sterylizacja EO. Opatrunek nie posiada wydzielonego miejsca do opisanie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 33****Dot. Pakietu IV Zadanie 5**

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego sterylnego opatrunku do mocowania kaniul, cewników wykonanego z błony poliuretanowej półprzepuszczalnej, przezroczystej, wodoodpornej w rozmiarze 6cm x 7cm. Opatrunek nie posiada zaokrąglonych rogów oraz nie posiada wydzielonego miejsca do opisanie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 34****Dot. Pakietu VI Zadanie 6**

Pozycje 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanych z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>. Serwety- I klasa palności CFR 1610, Opakowanie zawiera min. 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej pacjenta o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stół narzedziowy wzmocniona o wymiarach min. 190 x 140 cm ( opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm (warstwa chłonna min. 60 x 145cm)
- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

- 1 x serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
  - 1 x serweta samoprzylepna ginekologiczna z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>. o wymiarach 290 x 250 cm z otworem przylepnym 9 x 12 i zintegrowanym workiem na płyny.
- Opakowanie dodatkowe - papier krepowany.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że serweta samoprzylepna ginekologiczna umożliwi osłonę kończyn w całości (od dołu i góry, a nie tylko przykrycie).**

#### **Pytanie 35**

##### **Dot. Pakietu VII Zadanie 2**

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych masek chirurgicznych czterowarstwowych na gumkę będących wyrobem medycznym sklasyfikowany w klasie IIR pakowanych a ‘ 50 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski czterowarstwowe.**

#### **Pytanie 36**

##### **Dot. Pakietu VII Zadanie 2**

Pozycja 1 - czy Zamawiający odstąpi od wymogu , aby maski chirurgiczne były wodoodporne?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie 37**

##### **Dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 38**

##### **Dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy

- poprzez zmianę nazewnictwa § 5 ust. 2. pkt. a) na: 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy częściowej.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 39**

##### **Dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy

- poprzez zmianę nazewnictwa § 5 ust. 2. pkt. b) na: 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy częściowej.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 40**

##### **Dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy

- poprzez zmniejszenie kar umownych § 5 ust. 3. i ust. 5. do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto od niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 41**

##### **Dot. projektu umowy**

Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów umowy w § 6 regulujących skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy reguluje Kodeks cywilny i Specustawa**



**Pytanie 42****Dot. Pakietu VI Zadanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z etykietą typu TAG z czterema odcinkami do wklejenia do dokumentacji medycznej z numerem katalogowym, nr serii, datą ważności, nazwą producenta, a na dwóch odcinkach dodatkowo kod kreskowy; gramatura obłożenia min. 56g/m<sup>2</sup>, o składzie:

Element składowy	Szt.	Rozmiar dłxszx.(cm)
Serweta z otworem w kształcie trapezu 28x20x19cm, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą	1	265x180
serweta	1	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo (warstwa chłonna 85x76cm)	1	145x80
serwetki do rąk z niepylającej włókniny kompresowej	2	40x20

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 43****Dot. Pakietu V Zadanie 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>, w rozm. 210x160cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 44****Dot. Pakietu IV Zadanie 4**

Pozycje: 3 i 4: Prosimy o wskazanie ile siatki mają mieć metrów długości – 1m czy 10m?

**Odpowiedź: Długość siatki – 1m**

**Pytanie 45****Dot. Pakietu IV Zadanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 5,8x8cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 46****Dot. Pakietu VII Zadanie 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-

EN 14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie min. 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? W ostatnim czasie, na rynku medycznym pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 47**

**Dot. Pakietu VII Zadanie 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i tym samym wymaga złożenia deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 48**

**Dot. Pakietu VII Zadanie 2**

Czy Zamawiający wymaga złożenia raportu z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy? (Chcemy nadmienić, iż powyższy raport potwierdza zgodność parametrów oferowanego produktu z aktualną normą tzn: EN 14683:2019+AC)

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 49**

**Dot. Pakietu VII Zadanie 6**

Pozycja 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o gramaturze min. 43g/m<sup>2</sup> w rozm. 200x90cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 50**

**Dot. Pakietu VII Zadanie 6**

Pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o gramaturze min. 43g/m<sup>2</sup> w rozm. 150x90cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 51**

**Dot. projektu umowy**

§ 5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna naliczana była od niezrealizowanej wartości umowy a nie od jej całości?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 52****Dot. Pakietu VII Zadanie 11**

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 53****Dot. Pakietu VII Zadanie 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 54****Dot. Pakietu VII Zadanie 11**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 55****Dot. Pakietu VII Zadanie 11**

Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

**Odpowiedź: Tak – dla rozmiaru XL.**

**Pytanie 56****Dot. Pakietu VII Zadanie 11**

Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX®

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga**

**Pytanie 57****Dot. Pakietu VII Zadanie 11**

Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 58**

### **Dot. Pakietu IV Zadanie 2, Zadanie 3**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 59**

#### **Dot. Pakietu IV Zadanie 4**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 60**

#### **Dot. Pakietu IV Zadania 4**

Czy zamawiający pisząc w kolumnie j.m. 1szt., ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie w mb w stanie rozciągniętym?

**Odpowiedź: 1 sztuka = 1 opakowanie zawierające jedną siatkę o długości 1 m w stanie spoczynku.**

### **Pytanie 61**

#### **Dot. Pakietu IV Zadania 4**

Prosimy o podanie ile metrów bieżących ma być w opakowaniach w siatce nr. 6 i nr 8 i czy są to metry w stanie spoczynku czy roboczym-rozciągnięte?

**Odpowiedź: Po 1 mb. w stanie spoczynku**

### **Pytanie 62**

#### **Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycje1-2 - Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, o gramaturze 24 g/m<sup>2</sup>, folia o grubości 15 +/- 2 µm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 63**

#### **Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 64**

**Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 65**

**Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 66**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5**

Pozycje: 1 – 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia **niesterylnych próbek** do w/w pozycji. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny).

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 67**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do alloplastyki biodra**

Pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera serwety 150x190cm (owinięcie zestawu), która posiada wzmocnienie na całej powierzchni. Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 68**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do alloplastyki biodra**

Pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera podkład chłonny 60x90cm zamiast mata chłonna 60-70x35-40 właściwości chłonne z obu stron, gramatura 830+/-10g/m<sup>2</sup>. Bezpieczne zatrzymanie krwi oraz płynów. Absorbacja 8l wody lub 3l soli fizjologicznej. Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 69**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do alloplastyki biodra**

Pozycja 1- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera serwetę gazową 45x45cm, gaza 20-nitkowa w miejsce 17-nitkowej – reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 70**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do alloplastyki biodra**

Pozycja 1- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera 3 naklejki do wklejenia do protokołu operacyjnego zamiast 4 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 71**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do alloplastyki kolana**

Pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera serwetę 150x190cm (owinięcie zestawu), która posiada wzmocnienie na całej powierzchni. Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 72**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do alloplastyki kolana**

Pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera kieszeń dwukomorową 40x35cm (15/25x35cm) w miejsce dwukomorowej 2x15x30cm – reszta parametrów zgodna z SIWZ. Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 73**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do alloplastyki kolana**

Pozycja 2- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera serwetę gazową 45x45cm, gaza 20-nitkowa w miejsce 17-nitkowej. Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 74**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do alloplastyki kolana**

Pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera 3 naklejki do wklejenia do protokołu operacyjnego zamiast 4 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 75**

**Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw ACL**

Pozycja 3- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera serwetę 150x190cm (owinięcie zestawu), która posiada wzmocnienie na całej powierzchni. Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 76****Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw ACL**

Pozycja 3- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 3.0m F/F w miejsce dren łączący do ssaka PVC 24Ch/15Ch 2.5m F/F. Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 77****Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw ACL**

Pozycja 3- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera 3 naklejki do wklejenia do protokołu operacyjnego zamiast 4 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 78****Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do Artroskopii**

Pozycja 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera serwetę 150x190cm (owinięcie zestawu), która posiada wzmocnienie na całej powierzchni. Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 79****Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do Artroskopii**

Pozycja 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 3.0m F/F w miejsce dren łączący do ssaka PVC 24Ch/15Ch 2.5m F/F . Pozostałe parametry i składowe zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 80****Dot. Pakietu VI Zadania 5 Zestaw do Artroskopii**

Pozycja 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu który zawiera 3 naklejki do wklejenia do protokołu operacyjnego zamiast 4 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 81****Dot. Pakietu II Zadania 1, 2, 4**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu

skuteczności i muszą chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic medyczno-ochronnych to lateks lub nityl, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie mające odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu, ale dopuszcza spełnienie zgodność z Rozporządzeniem 2016/425/UE (zamiast normy EN 388)**

**Pytanie 82**

**Dot. Pakietu II Zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o średniej sile zrywu przed starzeniem min. 7N?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 83**

**Dot. Pakietu II Zadania 7**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem 9N?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 84**

**Dot. Pakietu IV Zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny o składzie: przędza bawełniana, przędza poliuretanowa oraz spandex?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 85**

**Dot. Pakietu IV Zadania 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu , aby bandaż był jałowy?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 86**

**Dot. Pakietu IV Zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową zawierającą poliamid i elastomer?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 87**

**Dot. Pakietu IV Zadania 5**



Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem do mocowania kaniul?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 88**

**Dot. Pakietu IV Zadania 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasa Is?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 89**

**Dot. Pakietu IV Zadania 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 90**

**Dot. Pakietu IV Zadania 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez wycięcia?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 91**

**Dot. Pakietu V Zadania 1**

Czy Zamawiający dopuści spodnie w kolorze granatowym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 92**

**Dot. Pakietu V Zadania 4**

Czy Zamawiający dopuści podkłady perforowane co 38cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 93**

**Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkłady perforowane co 38cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 94**

### **Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkłady o szerokości 50cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 95**

#### **Dot. Pakietu V Zadania 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej foliowanej (przód i rękawy) oraz włókniny polipropylenowej (tył), rękawy długie zakończone mankietem?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 96**

#### **Dot. Pakietu VII Zadania 1**

W związku z pojawieniem się na rynku masek, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje masek zgodnych z normą PN- EN 14683:2019 + AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań, co ma być potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z tą normą oraz załączenia tego raportu do oferty przetargowej? Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do masek medycznych znajduje zastosowanie norma PN-EN14683:2019 +AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań. Norma definiuje konstrukcję, projekt, metody i kryteria badania masek oraz dzieli produkty na różne typy co wskazuje obszary zastosowania tych produktów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą PN-EN14683:2019 +AC:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób prawidłowy zapewniają dbałość o ograniczenie przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaśnić, iż wskazana norma wprost wskazuje typy masek oraz definiuje m.in. taki parametr jak BFE tj. skuteczność filtracji bakteryjnej w %. Jest to jeden z elementów decydujący o typie a co z tym związane obszary stosowania produktu. Zgodnie z zapisami normy w obszarze bloku operacyjnego oraz obszarów o podobnych wymaganiach stosowane powinny być maski typu II lub IIR. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające wymagania normatywne?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg normy PN-EN 14683:2019 + AC:2019**

### **Pytanie 97**

#### **Dot. Pakietu VII Zadania 2**

W związku z pojawieniem się na rynku masek, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje masek zgodnych z normą PN- EN 14683:2019 + AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań, co ma być potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z tą normą oraz załączenia tego raportu do oferty przetargowej? Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do masek medycznych znajduje zastosowanie norma PN-EN14683:2019 +AC:2019 Maski medyczne. Wymagania i metody badań. Norma definiuje konstrukcję, projekt, metody i kryteria badania masek oraz dzieli produkty na różne typy co wskazuje obszary zastosowania tych produktów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą PN-EN14683:2019 +AC:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób prawidłowy

zapewniają dbałość o ograniczenie przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaśnić, iż wskazana norma wprost wskazuje typy masek oraz definiuje m.in. taki parametr jak BFE tj. skuteczność filtracji bakteryjnej w %. Jest to jeden z elementów decydujący o typie a co z tym związane obszary stosowania produktu. Zgodnie z zapisami normy w obszarze bloku operacyjnego oraz obszarów o podobnych wymaganiach stosowane powinny być maski typu II lub IIR. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające wymagania normatywne?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg normy PN-EN 14683:2019 + AC:2019**

**Pytanie 98**

**Dot. Pakietu VII Zadania 3**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści spodnie zawiązywane na troki?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 99**

**Dot. Pakietu VII Zadania 3**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści pidżamę wykonaną z włókny SMS?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 100**

**Dot. Pakietu VII Zadania 4**

Pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z folii?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 101**

**Dot. Pakietu VII Zadania 4**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze ściągane gumką?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 102**

**Dot. Pakietu VII Zadania 5**

Czy Zamawiający dopuści kombinezon w rozmiarze od L do XXL?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 103**

**Dot. Pakietu VII Zadania 6**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne wzmocnione 8-nitkami, nieprzemakalne, w rozmiarze 80cm x 210cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 104**

**Dot. Pakietu VII Zadania 6**

Pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści gramaturze papier 23g/m<sup>2</sup> + folia 17g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 105**

**Dot. Pakietu VII Zadania 6**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne wzmocnione 8-nitkami, nieprzemakalne, w rozmiarze 80cm x 210cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 106**

**Dot. Pakietu VII Zadania 6**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści gramaturze papier 23g/m<sup>2</sup> + folia 17g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 107**

**Dot. Pakietu VII Zadania 7**

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 108**

**Dot. Pakietu VII Zadania 7**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150cm x 210cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 109**

**Dot. Pakietu VII Zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 110**

**Dot. Pakietu VII Zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w uniwersalnym rozmiarze L o długości 120cm i szerokości 140cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 111**

**Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 112**

**Dot. Pakietu V Zadania 6**

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 113**

**Dot. Pakietu V Zadania 7**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny o gramaturze min. 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 114**

**Dot. Pakietu VII Zadania 4**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cenę za op. a' 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 400 op. a' 100 szt.?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 115**

**Dot. Pakietu VII Zadania 6**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210cm x 80cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 116**

**Dot. Pakietu VII Zadania 6**

Pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny o gramaturze min 28g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 117**

**Dot. Pakietu VII Zadania 7**

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny o gramaturze min 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 118**

**Dot. Pakietu VII Zadania 7**

Pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści pościel z prześcieradłem w rozmiarze 160cm x 210cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 119**

**Dot. Pakietu VII Zadania 11**

Pozycja 1 rozmiar L i XL - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 120**

**Dot. Pakietu VII Zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wykonanym poliestrowym mankietem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 121**

**Dot. Pakietu VII Zadania 11**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wykonanym gumką?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 122**

**Dot. Pakietu II Zadania 7, 8, 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu, by raport z badań parametrów partii dotyczył serii dołączonych do oferty próbek (Raport z badań parametrów partii z której pochodzi próbka). Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Jako Wykonawca dostarczymy wraz z ofertą próbki oraz raporty z badań odpowiednio do oferowanego produktu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu, ale dopuszcza raport z badań odpowiednio do oferowanego produktu.**

**Pytanie 123**

**Dot. Pakietu II Zadania 9**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych chirurgicznych, podwójnych (dwie pary w jednym opakowaniu), rękawica zewnętrzna teksturowana na powierzchni chwytnej, rękawica wewnętrzna

gładka, obie rękawice podobnej długości (min. 280mm), do zabiegów ortopedycznych, zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa oraz środek ochrony indywidualnej w kat. I, zgodne z normą EN 455-1-2-3-4, EN 420 oraz ASTM F 1671.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 124**

**Dot. Pakietu VI Zadania 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie obłożeń do zabiegów ginekologicznych o składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo,
- serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm
- przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm,
- 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw zawiera 2 naklejki przylepne z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o importerze. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 125**

**Dot. Pakietu II Zadania 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrilowych o sile zrywania min. 6 N.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 126**

**Dot. Pakietu II Zadania 6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 127**

**Dot. Pakietu II Zadania 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o długości 260-285 mm dopasowany od rozmiaru.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 128****Dot. Pakietu II Zadania 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o sile zrywania min 11 N.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 129****Dot. Pakietu II Zadania 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezlateksowych, bezpudrowych o długości min. 270-285 mm dopasowany od rozmiaru.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice bezlateksowe, bezpudrowe o długości 270-285 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 130****Dot. Pakietu IV Zadania 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do kaniul o kanciastych rogach, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 131****Dot. Pakietu V Zadania 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego kocyka jednorazowego użytku do okrycia pacjenta 110x210 cm o gramaturze : 144 g/m<sup>2</sup>; waga kocyka ok. 332g, z możliwością podgrzania do 60 stopni do 48 godzin wykonany z włókniny polipropylenowej 28g/m<sup>2</sup> ( warstwa zewnętrzna) i z poliestru 88g/m<sup>2</sup> ( wypełnienie) z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczanie się elementów poszczególnych warstw, szwy zgrzewane ultradźwiękowo, kolor biały. Produkt niepyłący ( wskaźnik pylenia ≤ 1,9log10), I klasa palności. Pakowany w torby foliowe po 30 szt. Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych EN ISO 13485.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 132****Dot. Pakietu V Zadania 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła włókninowego jednorazowego o rozmiarze 200 x 140 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 133****Dot. Pakietu VI Zadania 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o rozmiarze 58,4 x 91 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.



**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 134**

**Dot. Pakietu VI Zadania 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej o rozmiarze części całkowitej / części lepnej:

80x80 / 70x80

80x60 / 60x60

40x40 / 34x40

20x20 / 15x20.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 135**

**Dot. Pakietu VI Zadania 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej o rozmiarze części lepnej / części całkowitej:

45 x 55 cm / 45 x 63.5 cm

45 x 28 cm / 28 x 53.5 cm

10 x 14 cm / 10 x 22.5 cm

15 x 28 cm / 15 x 36.5 cm

30 x 28 cm / 28 x 38.5 cm.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 136**

**Dot. Pakietu VII Zadania 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli jednorazowej o rozmiarze prześcieradła 140 x 210 cm, poszwa 14 x 200 cm, poszewka 80 x 80 cm o gramaturze 17 g/m<sup>2</sup>, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 137**

**Dot. Pakietu VII Zadania 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha higienicznego o gramaturze 18 g/m<sup>2</sup>, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zbigniew Marcinkiewicz