

FORMULARZ CENOWY – ZADANIE 4 (ICD dla osób drobnej budowy ciała)

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (poz. 4x5) | Podatek VAT | | Wartość brutto (poz. 6+8) | Producent | Nazwa Handlowa | Nr REF |
|-----|---|------|-------|------------------|--------------------------|-------------|-------|---------------------------|-----------|----------------|--------|
| | | | | | | % | Kwota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator dwujamowy | szt. | 6 | | | | | | | | |
| 2. | Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jednojamowy | szt. | 14 | | | | | | | | |
| 3. | Elektrody defibrylujące jednokoilowe | szt. | 20 | | | | | | | | |
| 4. | Elektrody defibrylujące dwukoilowe | szt. | 3 | | | | | | | | |
| 5. | Elektrody przedsionkowe | szt. | 6 | | | | | | | | |
| 6. | Introducer do przezskórnego wprowadzenia elektrody defibrylującej | szt. | 10 | | | | | | | | |
| 7. | Introducer do przezskórnego wprowadzenia elektrody przedsionkowej | szt. | 10 | | | | | | | | |
| | Wartość zamówienia: | | | | | | | | | | |

WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY MAŁEJ OBJĘTOŚCI Z ELEKTRODĄ I INTRODUCEREM DLA OSÓB DROBNEJ BUDOWY CIAŁA

| Lp. | Parametry graniczne i oceniane | Sposób oceny | Komentarz |
|------------|--|---------------------|------------------|
| 1. | Rok produkcji 2020/2021/2022 Dla dostaw realizowanych w 2020 r. wymagany rok produkcji 2020, dla dostaw realizowanych w 2021 r. wymagany rok produkcji 2021 (przez pierwszy kwartał 2021 r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2020 r.), dla dostaw realizowanych w 2022 r. wymagany rok produkcji 2022 (przez pierwszy kwartał 2022 r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2021 r.) | Wymagane | |
| 2. | Okres sterylności min. 12 miesięcy | Wymagane | |
| 3. | Preferowana mniejsza objętość urządzenia | Ocena 0-3 pkt | |
| 4. | Rodzaj stymulacji VVIR; VVI | Wymagane | |
| 5. | Maksymalna energia terapii wysokoenergetycznej min. 35 J | Wymagane | |
| 5a. | Większa energia dostarczonej terapii wysokoenergetycznej i więcej dostępnych wyładowań w strefie terapii | Ocena 0-3 pkt | |
| 6. | Terapia antytachyarytmiczna ATP | Wymagane | |
| 7. | Programowalne 2 strefy częstoskurczu komorowego i strefa migotania komór | Wymagane | |
| 8. | Dyskryminacja częstoskurczu komorowego i nadkomorowego | Wymagane | |
| 9. | Pamięć EGM | Wymagane | |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 10. | Pamięć trendu oporności elektrody | Wymagane | |
| 11. | Pamięć trendu wartości potencjału wewnątrzsercowego | Wymagane | |
| 12. | Złącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru. | Wymagane | |
| 13. | Elektrody defibrylujące aktywnej fiksacji jednokoilowe DF4 z introducerem. Elektrody z możliwością wykonania MRI (z dopuszczeniem wyłączenia określonych stref ciała). Możliwość zamiany na elektrodę DF1 lub elektrodę dwukoilową w obrębie tego samego pakietu. Narzędzie / nakładka na elektrodę DF4 do pomiarów śródoperacyjnych. | Wymagane | |
| 14. | Komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem | Wymagana | |
| 15. | Zapewnienie szkolenia w zakresie wszczepiania i programowania ICD | Wymagana | |
| 16. | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: Dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacje oprogramowania) <u>dwóch urządzeń programujących</u> , z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 48 godz. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia. | Wymagane | |

WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY MAŁEJ OBJĘTOŚCI Z ELEKTRODĄ I INTRODUCEREM DLA OSÓB DROBNEJ BUDOWY CIAŁA

| Lp. | Parametry graniczne i oceniane | Sposób oceny | Komentarz |
|------------|--|---------------------|------------------|
| 1. | Rok produkcji 2020/2021/2022 Dla dostaw realizowanych w 2020 r. wymagany rok produkcji 2020, dla dostaw realizowanych w 2021 r. wymagany rok produkcji 2021 (przez pierwszy kwartał 2021 r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2020 r.), dla dostaw realizowanych w 2022 r. wymagany rok produkcji 2022 (przez pierwszy kwartał 2022 r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2021 r.) | Wymagane | |
| 2. | Okres sterylności min. 12 miesięcy | Wymagane | |
| 3. | Preferowana mniejsza objętość urządzenia | Ocena 0-3 pkt | |
| 4. | Rodzaj stymulacji DDDR, DDD, VVIR; VVI | Wymagane | |
| 5. | Algorytm promujący przewodzenie drogą fizjologiczną | | |
| 6. | Maksymalna energia terapii wysokoenergetycznej min. 35 J | Wymagane | |
| 6a. | Większa energia dostarczonej terapii wysokoenergetycznej i więcej dostępnych wyładowań w strefie terapii | Ocena 0-3 pkt | |
| 7. | Terapia antytachyarytmiczna ATP | | |
| 8. | Programowalne 2 strefy częstoskurczu komorowego i strefa migotania komór | Wymagane | |
| 9. | Dyskryminacja częstoskurczu komorowego i nadkomorowego | Wymagane | |

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| 10. | Pamięć EGM | Wymagane | |
| 11. | Pamięć trendu oporności elektrod | Wymagane | |
| 12. | Pamięć trendu wartości potencjału wewnątrzsercowego | Wymagane | |
| 13. | Złącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru. | Wymagane | |
| 14. | Elektrody defibrylujące aktywnej fiksacji jednokoilowe DF4 z introducerem. Elektrody z możliwością wykonania MRI (z dopuszczeniem wyłączenia określonych stref ciała). Możliwość zamiany na elektrodę DF1 lub elektrodę dwukoilową w obrębie tego samego pakietu. Narzędzie / nakładka na elektrodę DF4 do pomiarów śródoperacyjnych. | Wymagane | |
| 15. | Elektrody przedsionkowe aktywnej fiksacji (aktywny mechanizm wkrętowy) z introducerem z (warunkowym) dopuszczeniem do MRI | | |
| 16. | Komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem | Wymagana | |
| 17. | Zapewnienie szkolenia w zakresie wszczepiania i programowania ICD | Wymagana | |
| 18. | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: Dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacje oprogramowania) <u>dwóch urządzeń programujących</u> , z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 48 godz. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia | Wymagane | |

.....
/podpis wykonawcy/