

**FORMULARZ CENOWY – ZADANIE 6**  
**Stymulator resynchronizujący (CRT-P) z zestawem elektrod i niezbędnymi akcesoriami do implantacji**

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto (poz. 4x5)	Podatek VAT		Wartość brutto (poz. 6+8)	Producent	Nazwa Handlowa	Nr REF
						%	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stymulator resynchronizujący (CRT-P)	szt.	4								
2.	Elektroda przedsionkowa	szt.	4								
3.	Elektroda prawokomorowa	szt.	4								
3.	Elektroda lewokomorowa	szt.	4								
4.	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej	szt.	4								
6.	Subsektor	szt.	5								
7.	Prowadnik angioplastyczny	szt.	10								
8.	Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej z prowadnikiem	szt.	5								
9.	Introducery do przezskórnego wprowadzenia elektrod	szt.	10								

10.	Mandryny proste miękkie do elektrody lewokomorowej	szt.	10							
	<b>Wartość zamówienia:</b>									

Lp.	Parametry graniczne i oceniane	Sposób oceny	Komentarz
1.	Rok produkcji 2020/2021/2022:  Dla dostaw realizowanych w 2020 wymagany rok produkcji 2020., dla dostaw realizowanych w 2021 wymagany rok produkcji 2021(przez pierwszy kwartał 2021 zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2020), dla dostaw realizowanych w 2022 r wymagany rok produkcji 2022 (przez pierwszy kwartał 2022 zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2021)	Wymagane	
2.	Okres sterylności min. 12 miesięcy	Wymagane	
4.	Rodzaj stymulacji BiV: DDDR, DDD, DDIR; DDI; VVIR; VVI	Wymagane	
5.	Pamięć EGM	Wymagane	
5a.	Pamięć trendu oporności elektrod	Wymagane	
6.	Złącze elektrody lewokomorowej IS4. Możliwość zamiany na urządzenie IS1 w ramach tego samego pakietu.	Wymagane	
7.	Elektrody prawokomorowe sterydowe o aktywnej fiksacji z introducerem	Wymagane	
8.	Elektrody przedsionkowe sterydowe aktywnej fiksacji (aktywny mechanizm wkrętkowy) z introducerem	Wymagane	

9.	Elektrody lewokomorowe z introducerem, z różną pamięcią kształtu i różną odległością pierścieni stymulujących do wyboru wg asortymentu producenta, 4 polowe z możliwością zamiany na bipolarną w obrębie tego samego pakietu, różnych długości, w tym umożliwiających wprowadzenie z zastosowaniem subselektora.	Wymagane	
10.	Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej z zastawką hemostatyczną, różnych kształtów do wyboru wg asortymentu producenta, przewodnik	Wymagane	
11.	Subselektor różnych kształtów wg asortymentu producenta- do wyboru	Wymagane	
12.	Komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem	Wymagane	
13.	Zapewnienie szkolenia w zakresie wszczepiania i programowania CRT-D, w tym zapewnienie szkolenia (proctoring) do wszystkich zabiegów.	Wymagane	
14.	Wykonawca na czas trwania umowy zapewni:  Dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizacje oprogramowania) DWÓCH urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 48 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia.	Wymagane	
15.	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji prawokomorowej i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej	Wymagane	
16.	Funkcja automatycznie określająca skuteczność stymulacji prawokomorowej dla każdego wystymulowanego pobudzenia i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej	Ocena 0-1 pkt.	

17.	Funkcja automatycznego pomiaru opóźnienia międzykomorowego w pobudzeniach wycutych	Ocena 0-1 pkt.	
18.	Funkcja automatycznego pomiaru opóźnienia międzykomorowego w pobudzeniach wystymulowanych	Ocena 0-1 pkt.	

.....

*/podpis wykonawcy/*