

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2  
TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92  
e-mail: [zamowienia@mssw.pl](mailto:zamowienia@mssw.pl) internet: [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl)

---

Warszawa, dnia 08.10.2018

**W Y J A Ś N I E N I E**

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę endoprotez stawu kolanowego i biodrowego, endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego i biodrowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie pod numerem sprawy D-43/N/18 na własnej stronie internetowej oraz pod numerem w DUUE pod numerem 2018/S 189-426454.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach 05-08.10.2018

Treści zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczając bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej,

**Pytanie 1**

**Dotyczy Zadania nr 6**

*Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści w zadaniu nr 6 możliwość przywożenia instrumentarium na życzenie zamawiającego z uwagi na ilość zabiegów zaplanowanych na rok czasu?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy Zadania nr 7**

*Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści w zadaniu nr 7 możliwość wyceny ostrza do piły i zestawu do pukania pola operacyjnego? Firma może tylko sprzedawać części zużywalne do zabiegów. Pozwoli to uniknąć jakichkolwiek nadinterpretacji przepisów SIWZ.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy Zadania nr 8**

*Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści w zadaniu nr 8 możliwość wyceny ostrza do piły i zestawu do pukania pola operacyjnego? Firma może tylko sprzedawać części zużywalne do zabiegów. Pozwoli to uniknąć jakichkolwiek nadinterpretacji przepisów SIWZ.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy Zadania nr 9**

*Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści w zadaniu nr 9 możliwość przywożenia instrumentarium na życzenie zamawiającego z uwagi na ilość zaplanowanych zabiegów na rok czasu?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 5**

#### **Dotyczy Zadania nr 9**

*Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych parametrach. Prośbę swoją motywujemy względami zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie:*

#### *Zadanie nr 9, KOLANO JEDNOPRZEDZIAŁOWE*

- a) Wkładka polietylenowa typu mobile-bearing w 35 wielkościach, różna dla kończyny lewej i prawej, z płetwą antyrotacyjną. Wysokość od 3 do 9 mm, zeskokiem, co jeden.*
- b) Taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, gładko polerowana w sześciu rozmiarach.*
- c) Komponent udowy w pięciu rozmiarach zaopatrzony w jeden lub dwa bolce stabilizujące.*

*Dodatkowo wnosimy o rozszerzenie pakietu 9, o niezbędne w tym zakresie brzeszczoty typu:*

- ostrze oscylacyjne,*
  - ostrza posuwisto-zwrotne,*
- niezbędne do prawidłowego wykonania zabiegu.*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**