

# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

## W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl)

Warszawa, dnia 15.10.2020 r.

## WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę materiałów medycznych na okres 24 miesięcy w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (nr sprawy D-44/N/20) w DUUE nr 2020/S 189-455840 oraz na własnej stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach 29.09 – 12.10.2020 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytań oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

### **Pytanie 1**

#### **Dotyczy Zadania 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 2 aparatów infuzyjnych z kroplomierzem o długości całkowitej 210cm.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 2**

#### **Dotyczy Zadania 2**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w zadaniu 2 wymagane jest zaoferowanie aparatów w kolorze bursztynowym dla leków światłoczułych

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

### **Pytanie 3**

#### **Dotyczy Zadania 17**

Czy Zamawiający w Zadaniu 17 dopuści dren dachówkowy wykonany z miękkiego nietoksycznego medycznego PCW; spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 4**

#### **Dotyczy Zadania 32 pozycja 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu 32 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadał mechaniczną regulację siły ssania.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5****Dotyczy Zadania 32 pozycja 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu 32 w pozycji 1 dopuści zestaw pakowany podwójnie tzn. pojedynczy zestaw zapakowany w kartonową osłonkę i opakowany zewnętrznie w folię/papier; zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6****Dotyczy Zadania 32 pozycja 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu 32 w pozycji 2 dopuści (stosowany przez Zamawiającego) sterylny zestaw do nakłucia jamy opłucnej składający się z: igły Veressa; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7****Dotyczy Zadania 9 pozycja 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody były przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8****Dotyczy Zadania 9 pozycja 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 1 dopuści elektrodę EKG o wymiarach 57x34mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9****Dotyczy Zadania 9 pozycja 3**

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 3 dopuści elektrodę EKG o wymiarach 57x34mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10****Dotyczy Zadania 3**

W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina nie są wyrobem medycznym ani produktem leczniczym a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie SIWZ konieczności składania dokumentów z rozdziału V, punktu 2 pkt. 2.3. a i b w przypadku zadania nr 3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11****Dotyczy Zadania 53 pozycja 1, 2**

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 i 2 z zadania nr 53 i utworzenie nowego zadania dla tych pozycji? Pozwoli to nam na złożenie korzystnie cenowo oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12****Dotyczy Zadania 22 pozycja 2, 3**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 z pakietu 22 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13**

**Dotyczy Zadania 27 pozycja 1.1 oraz 1.2**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1.1 oraz 1.2 z pakietu 27 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Zadania nr 10 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15**

**Dotyczy Zadania 53 pozycja 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Zadania nr 53 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 16**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 3**

Czy Zamawiający w pak 21 poz. 3 dopuści filtr mechaniczny przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych Vt 150 – 1200 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 3**

Czy oferowany w pak. 21 poz. 3 filtr ma charakteryzować się skutecznością filtracji NaCl min.  $\geq 99,512\%$ ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 18**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 4 i 6**

Czy oferowane w pak. 21 poz. 4 i 6 filtry mają być wyposażone w wymienniki ciepła i wilgoci wykonane z celulozy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 19**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 4**

Czy ze względu na specyfikę oddziału OIT gdzie stosowane są filtry mechaniczne z wymiennikami ciepła i wilgoci pak. 21 poz. 4 Zamawiający wymaga aby filtry te charakteryzowały się wysoką skutecznością filtracji względem bakterii i wirusów min 99,9999% oraz skutecznością filtracji względem NaCl (min.  $\geq 99,764\%$ ) udokumentowana przez niezależne badania UE cyklicznie prezentowaną w raportach MHRA?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 20**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 4**

Czy Zamawiający w pak 21 poz. 4 dopuści filtr mechaniczny o masie 49 g spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21**

**Dotyczy Zadania 42 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego posiadającego w swoim składzie dodatkowo: - 1 x woda sterylna w ampule 20 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22**

**Dotyczy Zadania 42 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dożylnego wklucia centralnego posiadającego w swoim składzie:

- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igłotrzymacz 14 cm

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 23**

**Dotyczy Projektu Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 24**

**Dotyczy Projektu Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy poprzez zmianę nazewnictwa § 5 ust. 2. pkt. a) na: 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy częściowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 25**

**Dotyczy Projektu Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ**

czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy poprzez zmianę nazewnictwa § 5 ust. 2. pkt. b) na: 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy częściowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26**

**Dotyczy Projektu Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ**

czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisów wzoru umowy poprzez zmniejszenie kar umownych § 5 ust.

3. i ust. 5. do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto od niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 27**

**Dotyczy Zadania 15**

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R ) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 28**

**Dotyczy Zadania 15**

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga klasy IIa

**Pytanie 29**

**Dotyczy Zadania 15**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 1op.=1000szt? Pozostałe cechy zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 1, 3, 4**

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia cyfrowego na cewniku ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 31**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 3, 4**

Czy Zamawiający wymaga powierzchni zmrożonej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 32**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści cewniki foley w rozmiarze 12-24 o pojemności balonu 5-10 ml ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 7**

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były bez zawartości DEHP ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 34**

**Dotyczy Zadania 12 pozycja 1-3**

Czy Zamawiający wymaga aby maski nie zawierały DEHP ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 35**

**Dotyczy Zadania 12 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową zawierającą 7 dysz ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 36****Dotyczy Zadania 6 pozycja 3 i 4**

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 6 pozycje 3 i 4 do oddzielnego zadania, dopuszczając jednoczenie w pozycji 3 kaniule dożylnie wykonane z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE (podwójnie oczyszczony teflon). Zachowując przy tym pozostałe parametry?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i nie dopuszcza proponowanych parametrów.

**Pytanie 37****Dotyczy Zadania 8 pozycja 1**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 8 pozycje 1 do oddzielnego zadania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 38****Dotyczy Zadania 11**

Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm. Każdy zestaw zawiera : Cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, bezpieczna igła do nakłucia 18G/70mm z systemem ograniczającym wypływ krwi, nitinolowy pokryty teflonem przewodnik typu „J” 60cm, ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, kabel do pozycjonowania końcówki w EKG, dylatator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, bezpieczny skalpel, strzykawka 5ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 39****Dotyczy Zadania 16**

Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści aparat typu spike bez zastawki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 40****Dotyczy Zadania 22 pozycja 4 i 5**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 22 pozycje 4 i 5 do oddzielnego zadania dopuszczając jednocześnie:

- w pozycji 5 kaniule dożylną bezpieczną wykonaną z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachłapaniem krwią. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i nie dopuszcza proponowanych parametrów. Wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 41****Dotyczy Zadania 15**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 42****Dotyczy Zadania 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla pakietu 15 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 43****Dotyczy Zadania 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla pakietu 15 minimalnego czasu realizacji reklamacji wynoszącego 2 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Prosimy o zamieszczenie załączników do postępowania w wersji edytowalnej.

**Załączniki do postępowania w wersji edytowalnej zamieszczone są na Platformie Zakupowej „MarketPlanet”**

**Pytanie 44****Dotyczy Zadania 15 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje wymazówek z podłożem transportowym z węglem, czy bez?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga bez węgla.

**Pytanie 45****Dotyczy Projektu Umowy § 1 ust. 6**

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 46****Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu § 4 ust. 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 47****Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „dni” na „dni robocze”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 48****Dotyczy Projektu Umowy § 4 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „7 dni” na „7 dni roboczych”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 49**

##### **Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 2 pkt. a i b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu powyższego paragrafu na:

- a) 0,2% wartości zareklamowanego zamówienia brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę przez Zamawiającego przedmiotu złej jakości, ponad termin określony umową,
- b) 0,2% wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy ponad termin określony umową.

##### **Odpowiedź:**

- a) Zamawiający nie wyraża zgody.
- b) Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 50**

##### **Dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 3, 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% **niezrealizowanej** wartości umowy brutto.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 51**

##### **Dotyczy Zadania 9 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w Zadaniu 9 w pozycji 2 ma na myśli 80 kompletów elektrod Quick-Combo. Jeden komplet składa się z 2 sztuk elektrod do defibrylacji.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje sprostowania dla pozycji 2 Zadania 9 – prawidłowa ilość elektrod: **opakowanie = 2sztuki, ilość opakowań 80**. W załączeniu poprawiony Formularz Cenowy.

#### **Pytanie 52**

##### **Dotyczy Zadania 9 pozycja 1, 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG w Zadaniu 9 w poz. 1 i 3 w przeliczeniu na jednostkowe opakowania po 50 sztuk.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 53**

##### **Dotyczy Zadania 9 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 w poz. 1 równoważnej elektrody EKG dla dorosłych prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 51 mm x 36 mm. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 54**

##### **Dotyczy Zadania 9 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 w poz. 3 równoważnej elektrody EKG dla do testów wysiłkowych i Holtera prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 55 mm x 41 mm.

Elektroda posiada odpowiednie wycięcie z otworkiem do mocowania kabla pacjenta.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 55**

##### **Dotyczy Zadania 12 pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste maski?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 56**

##### **Dotyczy Zadania 12 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml?



**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

**Pytanie 57**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 1**

Prosimy o określenie do jakiego ssaka, mają być kompatybilne filtry w w/w pozycji?

**Odpowiedź:**

Ssak Medela.

**Pytanie 58**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej od 200 ml, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 59**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji nr 3 i utworzy z niej oddzielny pakiet, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 60**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany w systemie typu klik (domykany standardowo), kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, posiada badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 61**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wymaga, aby koreczek portu bocznego umieszczony był centralnie nad skrzydełkami mocującymi, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 62**

**Dotyczy Zadania 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści aparat infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą pomiarową w zakresie 5-250 ml/h i drenem o długości 195 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 63**

**Dotyczy Zadania 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 oczekuje, aby regulator posiadał podwójną skalę dla płynów (5-250ml/h) i dla lipidów (5-150ml/h)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 64**

**Dotyczy Zadania 4 pozycja 4**

Czy Zamawiający ma na myśli przedłużacz z końcówką luer slip?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 65****Dotyczy Zadania 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki o pojemności 20ml pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 3200 opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 66****Dotyczy Zadania 5 pozycja 1**

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy oferowane strzykawki mają posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka z cylindra w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra?

**Odpowiedź:**

Strzykawki mogą zawierać jeden pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka. Musi on jednak stawić wyraźny opór wymagający użycia większej siły niż przy zwykłym odciągnięciu tłoka.

**Pytanie 67****Dotyczy Zadania 6 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kraniki trójdrożne, posiadające koreczki w tych samych kolorach, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 68****Dotyczy Zadania 6 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kraniki z drenem o długości 7-10cm, nie posiadające dodatkowego portu do iniekcji? Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku stosowania kraników z przedłużeniem które posiadają dodatkowy port do iniekcji, nie jest on wykorzystywany, natomiast takie rozwiązanie zdecydowanie podnosi koszt oferowanego sprzętu medycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 69****Dotyczy Zadania 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniulę wyposażoną w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wklucia oraz standardowo domykany, okrągły koreczek, z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym otworzeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 70****Dotyczy Zadania 10 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na cewnik z naprzemianległymi otworami bocznymi, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 71****Dotyczy Zadania 10 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty a cewniki Pezzera, posiadający 3 oczka, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 72****Dotyczy Zadania 10 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści złożenie ofert na cewniki Foleya w opakowaniu folia - folia/papier, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 73****Dotyczy Zadania 12 pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z kompletem 2 regulowanych dysz Venturiego, umożliwiającymi ustawienie następujących stężeń tlenu: 24%, 26%, 28%, 30% oraz 35%, 40%, 50%, bez rurki dystansowej, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 74****Dotyczy Zadania 23 pozycja 2**

Czy igły mają posiadać eliptyczny bezbarwny uchwyt z pryzmatem zmieniającym barwę podczas identyfikacji PMR?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 75****Dotyczy Zadania 41 pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga aby rurka wykonana była z medycznego PVC, silikonowanego, pozbawionego szkodliwych ftalanów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 76****Dotyczy Zadania 41 pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga aby rurki intubacyjne posiadały dwa znaczniki głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni wokół rurki?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 77****Dotyczy Zadania 41 pozycja 2**

Czy Zamawiający wymaga aby przewodnica była umieszczona fabrycznie wewnątrz rurki?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 78****Dotyczy Zadania 41 pozycja 3**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przewodnic do rurek w rozmiarze: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 79****Dotyczy zapisów SIWZ, część IV punkt 3**

W związku z tym, że przetarg został ogłoszony na dostawę „materiałów medycznych”, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie referencji na ogólnie rozumiany sprzęt medyczny jednorazowego użytku (zgodnie z pozostałymi zapisami punktu 3 SIWZ), niezależnie od konkretnego rodzaju sprzętu, który znajduje się w danym pakiecie na który składana jest oferta przetargowa.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 80****Dotyczy Zadania 8**

Prosimy o doprecyzowanie w pakiecie 8 z jakimi opakowaniami ma być kompatybilny oferowany dren do podaży żywienia dojelitowego do pomp Flocare Infinity oraz pomp Flocare 800: typu butelka czy typu pack?

**Odpowiedź:**

Do opakowań typu butelki i opakowań typu pack – tzw. uniwersalne.

**Pytanie 81****Dotyczy Zadania 8 pozycja 1**

Czy zamawiający oczekuje wyspecyfikowanych drenów do pomp Flocare 800 zgodnych z wymienionymi w instrukcji obsługi pomp Flocare 800? Tylko takie zestawy gwarantują precyzyjność szybkości przepływu zapewniając tym samym prawidłową podaż diet.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 82****Dotyczy Zadania 8 pozycja 2**

Czy zamawiający oczekuje wyspecyfikowanych drenów do pomp Flocare Infinity zgodnych z wymienionymi w instrukcji obsługi pomp Flocare Infinity? Tylko takie zestawy gwarantują precyzyjność szybkości przepływu zapewniając tym samym prawidłową podaż diet.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 83****Dotyczy Zadania 26 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 :

Worek ileostomijny jednoczęściowy przezroczysty otwarty, do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału beżowego z jednej strony, z drugiej przezroczysty do obserwacji stomii. Plastikowa zapinka rzepowa niepochlaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 84****Dotyczy Zadania 26 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3:

**Płytko-** Płytko stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatraskowym o średnicy 70mm/33-45mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powłoki brzuszne pacjenta. Warstwa fizeolinowa wokół pierścienia w kolorze beżowym z hydrokoloidową warstwą przylepna, nie powodująca podrażnień skóry wokół stomii, materiał przylepny wewnątrz pierścienia w kontakcie z wydzieliną "puchnie" tworząc ochronny, idealnie dopasowany kołnierz otulający stomię, płytka nie wymaga docinania, a jedynie modelowania palcami, posiada "efekt pamięci", dzięki któremu dostosowuje się do kształtu stomii, a następnie podąża za jego zmianą w trakcie noszenia, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii.

**Worek-** Worek ileostomijny przezroczysty otwarty, w rozmiarze 70mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 70mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału beżowego z jednej strony, z drugiej przezroczysty do obserwacji stomii. Plastikowa zapinka na rzepowa niepochlaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 85**

#### **Dotyczy Zadania 26 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4:

Worek urostomijny jednoczęściowy przezroczysty- do obserwacji stomii, przylepiec hydrokoloidowy, który ma właściwości ochronne, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Z możliwością docięcia 13-45mm, worek jest wyposażony w zastawkę antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się moczu w kierunku stomii, dodatkowo jest worek w stronie ciała pokryty fizeleiną, posiada uchwyty do zaczepienia paska.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 86**

#### **Dotyczy Zadania 26 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5:

**Płytko-** Płytko stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 57mm/22-33mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powłoki brzuszne pacjenta. Warstwa fizeleinowa wokół pierścienia w kolorze bezowym z hydrokoloidową warstwą przylepną, nie powodującą podrażnień skóry wokół stomii, materiał przylepny wewnątrz pierścienia w kontakcie z wydzieliną "puchnie" tworząc ochronny, idealnie dopasowany kołnierz otulający stomię, płytka nie wymaga docinania, a jedynie modelowania palcami, posiada "efekt pamięci", dzięki któremu dostosowuje się do kształtu stomii, a następnie podąża za jego zmianą w trakcie noszenia, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii.

**Worek-** Worek urostomijny systemu dwuczęściowego przezroczysty z bezpiecznym, niskoprofilowym pierścieniem worka z uchwytami do paska, posiada zastawkę antyzwrotną wewnątrz worka, która uniemożliwia cofanie się moczu do urostomii. Worek wykonany z delikatnego beżowego hydrofobowego materiału z jednej strony i z drugiej strony przezroczysty do obserwacji stomii. Łagodne gładkie krawędzie i wygodny i szczelny kranik do opróżniania moczu, do kranika można w łatwy sposób przytwierdzić łącznik do worka do nocnej zbiórki moczu, rozmiar 57mm.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 87**

#### **Dotyczy Projektu Umowy § 3 ust. 7**

Czy Zamawiający w projekcie umowy § 3 ust. 7 wykreśli zapis?

Taki zapis zakłada nierówne traktowanie stron. Za dotarczone na czas towary przez Wykonawcę jest umówiony według umowy termin płatności, który powinien być przestrzegany przez Zamawiającego. Jeżeli termin płatności nie jest przestrzegany, czyli jedna ze stron nie wywiązuje się z ustaleń umowy druga może dostawy wstrzymać do czasu uregulowania zległych należności.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 88**

#### **Dotyczy Zadania 21 pozycja 4**

Zamawiający w zadaniu nr 21, poz. 4. wymaga:

„Filtr mechaniczny z wyodrębnionym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dedykowany na OIT. Skuteczność filtracji bakterii oraz wirusów min. 99.9999%. Zapewniający pacjentowi wydajność nawilżenia min. 33mg H<sub>2</sub>O/L (przy VT 500ml), utratę wilgoci max. 5 mg H<sub>2</sub>O/l (przy VT 500ml) o masie 40g. Czysty mikrobiologiczny.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny:

„Sterylny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną z wyodrębnionym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, dedykowany na OIT,

- o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej pow. 99,9999% i wirusowej powyżej 99,999%,
- małej, korzystnej dla pacjenta przestrzeni martwej 18 ml,
- niższej wadze - 29 g,
- pojemności oddechowej 150-1500ml,
- wyższym, korzystniejszym nawilżaniu min. 36,8 mg/L H<sub>2</sub>O przy VT=500ml,

- utrata wilgoci max. 5 mg H<sub>2</sub>O/l (przy VT 500ml)?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 89**

**Dotyczy Zadania 39 pozycja 2**

Zamawiający w zadaniu nr 39, poz. 2. wymaga:

Łącznik schodkowy o średnicy 7 mm do drenów do ssaka z – otworem umożliwiającym regulację siły ssania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie schodkowy o średnicy wewn. 6 mm do drenów do ssaka z – otworem umożliwiającym regulację siły ssania ?



Łącznik z kontrolą siły ssania			
O.D. [mm]	I.D. [mm]	nr katalogowy	
		sterylne	niesterylne
10	6	9F-0610	9F-0600

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 90**

**Dotyczy Zadania 20**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 dopuści do zaoferowania butle Redon przezroczyste, wykonane z nietłukącego tworzywa, bez zawartości PCV, ze wskaźnikiem poziomu próżni, butle płaskie o pojemności 400ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie rezygnując jednocześnie z wymogu konstrukcji butelki z harmonijką.

**Pytanie 91**

**Dotyczy Zadania 30**

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał wzierniki uszne, jednorazowego użytku, kompatybilne z otoskopem Welch Allyn 25272-MS dla dzieci w rozmiarach: 2,75 mm i 4,25 mm pakowane po 850 szt.? Takie opakowania zbiorcze są bardziej ekonomiczne cenowo, ale wymuszają na Zamawiającym jednorazowy zakup 850 szt. wzierników. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o rozdzielenie wzierników na dwie osobne pozycje: osobną dla rozmiaru 2,75 mm i osobną dla rozmiaru 4,25 mm w obrębie jednego zadania i wyszczególnienie ilości dla poszczególnych rozmiarów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na opakowanie 850 sztuk. Dokonuje podzielenia rozmiarów podając wymagane ilości. W załączeniu poprawiony Formularz Cenowy.

**Pytanie 92**

**Dotyczy Zadania 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści aparaty infuzyjne z regulatorem przepływu posiadające dren zakończony końcówką luer-lock?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 93****Dotyczy Zadania 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści aparaty infuzyjne z regulatorem przepływu posiadające dren 145cm oraz podziałkę: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml do 30ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 94****Dotyczy Zadania 3 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści aplikator nie będący wyrobem medycznym i tym samym występujący ze stawką 23% vat?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 95****Dotyczy Zadania 4 pozycja 2 – 30G**

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 4 opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 96****Dotyczy Zadania 4 pozycja 2 – 26-27G**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w rozmiarze 26G?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 97****Dotyczy Zadania 4 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 210cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 98****Dotyczy Zadania 4 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45cm z zakończeniem Luer-Lock – męskim i żeńskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 99****Dotyczy Zadania 4 pozycja 5-6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przedłużacze posiadały informację o objętości wypełnienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 100****Dotyczy Zadania 4 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę przedłużaczy:

- o długości 45cm w ilości 10szt. i
- o długości 150cm w ilości 11505szt. ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 101****Dotyczy Zadania 4 pozycja 8-9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z tłokiem polietylenowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 102****Dotyczy Zadania 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze sztywnym tłokiem posiadającym podcięcie w części tłoka wystającej ze strzykawki oraz czterostronne wąskie wcięcie w górnej części strzykawki (od strony końcówki luer) na wysokości ok. 1cm (w zależności od rozmiaru), dzięki któremu po użyciu i wysunięciu maksymalnie tłoka, można go odłamać, zapobiegając ponownemu użyciu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 103****Dotyczy Zadania 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20ml w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 6400 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 104****Dotyczy Zadania 5 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o skali nominalnej, bez rozszerzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 105****Dotyczy Zadania 5 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o skali nominalnej 3ml, zamiast 2ml z rozszerzeniem do 3ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 106****Dotyczy Zadania 5 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 29 i 20 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 107****Dotyczy Zadania 5 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z igłą zdejmowalną, osadzoną na strzykawce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 108****Dotyczy Zadania 5 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 35 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 109****Dotyczy Zadania 5 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z igłą 0,40x13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 110****Dotyczy Zadania 5 pozycja 5**



Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z igłą zdejmowalną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 111**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kraniki posiadające objętość wypełnienia 0,3ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 112**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kraniki posiadające trójramiennne pokrętło z optycznym indykatoem położenia, gdzie ułożenie ramion wskazuje kierunek przepływu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 113**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kraniki o wszystkich wejściach zamkniętych korkami w tym samym kolorze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 114**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kraniki z przedłużaczem 7-10cm bez dodatkowego portu iniekcyjnego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 115**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki, zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 116**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem na:

- 250 op.
- 550 op.
- 125 op.
- 25 op. ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 117**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul 16G pakowanych a'100szt ale podając cenę za 50szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 118**

**Dotyczy Zadania 9 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody w op.a50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 119**

**Dotyczy Zadania 9 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 41x37mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 120**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera z 3 otworami bocznymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 121**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 122**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze CH10 z balonem 3-5ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 123**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya opakowanie zew. papier-folia, wewnątrz folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 124**

**Dotyczy Zadania 10 pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści kankę w rozmiarze CH24 zamiast CH25?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 125**

**Dotyczy Zadania 12 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 8ml? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 126**

**Dotyczy Zadania 12 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową, która posiada

W zestawie 2 dysze – biała, która umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) oraz zielona, która umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 26%, 28%, 30%)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 127**

**Dotyczy Zadania 16 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 1,2µm bez zastawki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 128****Dotyczy Zadania 17 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę drenu dachówkowego w całości kontrastującego w RTG tylko w rozmiarze 25mm x 400mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 129****Dotyczy Zadania 19 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze 15 w miejsce 14 i 16?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 130****Dotyczy Zadania 19 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze 21 w miejsce 20?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 131****Dotyczy Zadania 19 pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy tylko o długości 500mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 132****Dotyczy Zadania 19 pozycja 5-6**

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarach 8, 10, 14, 16 i 18 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 133****Dotyczy Zadania 20 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści butlę z drenem w zestawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie odstępuje od wymogu posiadania harmonijki.

**Pytanie 134****Dotyczy Zadania 27 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniu a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 560 i 1200 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 135****Dotyczy Zadania 29 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników w rozmiarze 3,6mm i 5,2mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 136****Dotyczy Zadania 32 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 137****Dotyczy Zadania 33 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500ml z drenem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 138****Dotyczy Zadania 33 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki zbiorcze z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml, skalowanie co 100 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 139****Dotyczy Zadania 33 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 140****Dotyczy Zadania 36 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę zgłębników w rozmiarze 12,14,16,18,20,22 i 25?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 141****Dotyczy Zadania 42**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 142****Dotyczy Zadania 42 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe typu kocher 14 cm

1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm

5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 2 w 50 x 70 cm

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 2 w 75 cm x 90 cm z otworem owalnym 6 x 8 cm

1 x strzykawka Luer 20 ml bez opakowania jednostkowego

1 x igła 1,2 mm x 40 mm 18 Gx 11/2, różowa bez opakowania jednostkowego

1 x żel w strzykawce 6 ml

1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M, wywinięty mankiet, rękawice bez pakowania

- dodatkowo w zestawie 2x ampułka z wodą sterylną

opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu plastikową nerką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 143****Dotyczy Zadania 42 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

5 szt. tupferów gazowych

1 x kleszczyki plastikowe typu kocher 23 cm

Opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 250 ml w ramach pojemnika na odpadki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 144****Dotyczy Zadania 42 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkość śliwki

1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm

1 x pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm

1 x ostrz-skalpel 11 cm

Opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu plastikową nerką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 145****Dotyczy Zadania 42 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x kleszczyki typu kocher 14 cm

1 x pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm

8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5cm x 7,5 cm

5 x tampony (tupfery) z gazy wielkości śliwki

1 x serweta z włókniny SMS 80 x 90 cm lub 50 x 50 cm 2warstwowa

opakowanie typu folia-papier?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 146****Dotyczy Zadania 42 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

1x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm

6x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

1x igłotrzymacz 15 cm

1x nożyczki metalowe ostre/ostre 11,5 cm

1x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml bez opakowania jednostkowego

1x igła 1,2mm x 40 mm, 18 Gx11/2, różowa bez opakowania jednostkowego

1x igła 0,8mm x 40 mm, 21 Gx11/2, zielona bez opakowania jednostkowego

1x serweta włókninowa 2 w, 45 x 45 cm z otworem przylepnym o śr. 6 cm

1x serweta włókninowa nieprzylepna 2 w, 50 x 60 cm z przylepcem

Opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 120 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 147****Dotyczy Zadania 42 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

4 x tampony z gazy bawełnianej R3 wielkości śliwki

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 50 x 70 cm

1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny  
1 x strzykawka luer lock 10 ml bez opakowania jednostkowego  
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, różowa bez opakowania jednostkowego  
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, zielona bez opakowania jednostkowego  
1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)  
1 x igłotrzymacz typu Derf 15 cm – metalowy  
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 10 cm x 15 cm, (zapakowany) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 148**

**Dotyczy Zadania 43 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarach CH 18 i CH 20 wykonaną z silikonu o długości 85cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 149**

**Dotyczy Zadania 46 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do mycia rurek tracheostomijnych o średnicy włosa 17mm, długości całkowitej 23cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 150**

**Dotyczy Zadania 53 pozycja 3, 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3,4 z zadania 53 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 151**

**Dotyczy Zadania 55 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x40mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 152**

**Dotyczy Zadania 55 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w opakowaniu a' 100 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 7 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 153**

**Dotyczy Zadania 1 pozycja 1-2**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 154**

**Dotyczy Zadania 4 pozycja 7-9**

Czy zamawiający wydzieli poz.7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 155****Dotyczy Zadania 4 pozycja 8-9**

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 156****Dotyczy Zadania 24 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści lusterka medyczne sterylne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 157****Dotyczy Zadania 24 pozycja 1, 5-6**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,5-6, do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 158****Dotyczy Zadania 26 pozycja 1, 6-7**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 159****Dotyczy Zadania 26 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 160****Dotyczy Zadania 26 pozycja 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 161****Dotyczy Zadania 26 pozycja 6**

Czy zamawiający dopuści worek w kolorze mlecznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 162****Dotyczy Zadania 31 pozycja 1**

a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. Z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

b) Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź:**

- a) Zamawiający dopuszcza.
- b) Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 163**

**Dotyczy Zadania 53 pozycja 3-4**

- a) Czy zamawiający wydzielił poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
- b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

- a) Zamawiający nie wyraża zgody.
- b) Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 164**

**Dotyczy Zadania 24 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej lusterek o średnicy 19mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozmiar 19mm.

**Pytanie 165**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 21 pozycji 1, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 166**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów oddechowych, bakteryjno-wirusowych do aparatów do znieczuleń, mechaniczny, hydrofobowy, o skuteczności filtracji wobec bakterii i wirusów > 99,999% potwierdzona niezależnymi protokołami badań w ostatniej, 24 godzinie walidacji filtra. Waga filtra 30g, przestrzeń martwa 63ml. Min. VT 200ml. Mikrobiologicznie czysty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 167**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów elektrostatycznych z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dedykowany OIT, z zatyczką luer lock na lince. Skuteczność wobec bakterii i wirusów > 99,998% potwierdzona niezależnymi protokołami badań w ostatniej, 24 godzinie walidacji filtra. Zwrot wilgoci na poziomie 32,3mg H<sub>2</sub>O/L. Przestrzeń martwa 57ml, waga 31g, min VT 180ml. Sterylny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 168**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymienników ciepła i wilgoci do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych (sztuczny nos). Wkład gąbkowy, mechanizm antyokluzyjny, port zatrząskowy do odsysania, wbudowany obrotowy łącznik tlenowy. Zwrot wilgoci na poziomie 26mg H<sub>2</sub>O/L. Waga 8g. Przestrzeń martwa 19ml. Mikrobiologicznie czysty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie 169****Dotyczy Zadania 28**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek ustno – gardłowych typu Guedela, o gładko zaokrąglonych krawędziach, jednoczęściowych – z zintegrowanym blokerem. Rozmiary kodowane kolorami do łatwej identyfikacji. Sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar: 0; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5;

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 170****Dotyczy SIWZ i wzoru umowy**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 171****Dotyczy Zadania 9 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 3 200 op. a' 50 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 172****Dotyczy Zadania 9 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 160 op. a' 50 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 173****Dotyczy Zadania 24 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowanie lusterka laryngologicznego o średnicy lusterka ok 19mm +/- 1mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozmiar 19mm.

**Pytanie 174****Dotyczy Zadania 24 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania lusterek w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 34 opakowania a'50 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 175****Dotyczy Zadania 24 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania pętel w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 28 opakowań a'50 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 176****Dotyczy Zadania 24 pozycja 5**

Czy Zamawiający ma na myśli szczoteczkę typu wachlarzyk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 177****Dotyczy Zadania 24 pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania szczoteczek w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 6 opakowań a'100 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 178****Dotyczy Zadania 24 pozycja 6**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania szpatułki w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 176 opakowań a'100 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 179****Dotyczy Zadania 24 pozycja 8**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania lancet w opakowaniu a'200 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 10 opakowań a'200 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 180****Dotyczy Zadania 26 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków stomijnych – jednoczęściowych w opakowaniu a'30 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 9 opakowań a'30 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 181****Dotyczy Zadania 26 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków stomijnych – płytka w opakowaniu a'5 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 1 opakowań a'5

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 182****Dotyczy Zadania 26 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków stomijnych – worek w opakowaniu a'30 z zaokrągleniem zamawianej ilości do najmniejszego opakowania handlowego tj. 1 opakowania a'30 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 183****Dotyczy Zadania 26 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków urostomijnych – jednoczęściowych w opakowaniu a'30 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 5 opakowań a'30 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 184****Dotyczy Zadania 26 pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków urostomijnych – płytka w opakowaniu a'5 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 2 opakowania a'5 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 185****Dotyczy Zadania nr 26 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania worków urostomijnych – worek w opakowaniu a'30 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 9 opakowań a'30

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 186****Dotyczy Zadania 29 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne w dwóch rozmiarach 3,6 oraz 5,2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 187****Dotyczy Zadania 29 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania wzierników usznych w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj.90 opakowań a'100 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 188****Dotyczy Zadania 30 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania wzierników usznych w opakowaniu a'34 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj.55 opakowań a'34 sztuk

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 189****Dotyczy Zadania 35 pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania żelu do USG w białej nieprzezroczystej butelce

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 190****Dotyczy Zadania 53 pozycja 3 i 4**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu co umożliwi uzyskanie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 191****Dotyczy Projektu Umowy**

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Częsta zmiana adresów oraz osób.

### **Pytanie 192**

#### **Dotyczy Zadania 16**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie aparatu do wielokrotnego podawania i wstrzykiwania płynów i leków z opakowań zbiorczych, bez zastawki zwrotnej z filtrem przeciwbakteryjnym o ponad dwa razy większej skuteczności filtracji tj. 0,2 mikrona. Port posiadający końcówkę przystosowaną do strzykawki luer-lock, port zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 193**

#### **Dotyczy Zadania 53 pozycja 1 i 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza datę ważności i numer serii na opakowaniu jednostkowym?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 194**

#### **Dotyczy Zadania 53 pozycja 1 i 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje dezynfekcji w czasie 30 sekund?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 195**

#### **Dotyczy Zadania 53 pozycja 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza korki pakowane indywidualnie, w celu ograniczenia ryzyka zakażeń krzyżowych?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 196**

#### **Dotyczy Zadania 53**

##### **pozycja 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie koreczka z dezynfekantem: Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylne, dodatkowy aplikator umożliwiający sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, sterylizacja radiacyjna.

##### **pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje korka dezynfekcyjnego w pełni sterylnego, posiadającego osłonę ułatwiającą ich aplikację bez ryzyka skażenia?

### **Odpowiedź:**

Pozycja 2 – Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Pozycja 1 – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 197**

#### **Dotyczy Zadania 7 pozycja 1 i 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu: Żel jałowy w postaci harmonijkowego aplikatora w dwóch objętościach 8,5g lub 12,5 g do wyboru przez zamawiającego. Skład żelu: chlorheksydyna 0,05% i Lidokaina 2%, żel nie zawiera konserwantów i parabenów, ma wysoką gęstość i niskie ciśnienie wyrzutu, aplikator prosty w użyciu możliwy do otwarcia jedną ręką, sterylizowany parowo.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 198**

#### **Dotyczy Zadania 12**

##### **pozycja 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem dla dorosłych i dzieci. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego materiału medycznego, anatomiczny kształt maski, wysoka plastyczność,

regulowany klips nosowy oraz gumka mocująca. Wyposażona w dren o długości 210cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami. Nebulizator o pojemności 5ml (skalowany co 1ml) służący do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta. Pakowana pojedynczo, sterylna. rozmiar: S, M, L, XL.

**Pozycja 4** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z zaworem Venturiego do tlenoterapii z reduktorem typu Venturi w zestawie zawierającym 5 dysz 24%, 28%, 35%, 40% i 60 %, z drenem do podawania tlenu o długości 210cm, zawierającym adapter do podłączenia nawilżania o wysokiej wydajności. Pakowana pojedynczo, sterylna.

**Odpowiedź:**

pozycja 2 – Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

pozycja 4 – Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 199**

**Dotyczy Zadania 33**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy kieszonka dla palca wiodącego ma być w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 200**

**Dotyczy Zadania 5 pozycja 5**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z dołączoną igłą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 201**

**Dotyczy Zadania 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli, która jest wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek górnego portu. Pakowane w opakowanie typu Blister, uniemożliwiające przypadkowe otwarcie-zabezpieczające przed wilgocią. Na opakowaniu podana nazwa materiału. Kolor wg norm ISO dotyczących kaniuli. Zakończenie końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 202**

**Dotyczy Zadania 22 pozycja 5**

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału z jakiego wykonana jest kaniula, redukcję zakrzepowego zapalenia żył w stosunku do innych materiałów wraz z ofertą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 203**

**Dotyczy Zadania 22 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1 w celu złożenia oferty konkurencyjnej cenowo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 204**

**Dotyczy Zadania 27 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza nakłuwacz z igłą 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm w ilości 280 opakowań oraz nakłuwacz o szerokości ostrza 1,5mm i głębokości nakłucia 2,0 mm w ilości 600 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 205****Dotyczy Zadania 40 pozycja 1 i 2**

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 40 pozycji nr 1 i 2 do oddzielnego pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty .

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 206****Dotyczy Zadania 40 pozycja 2**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z zamknięciem typu Luer ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 207****Dotyczy Zadania 40 pozycja 2**

Zamawiający dopuszcza igłę 22G (0,8mm) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 208****Dotyczy Zadania 22 pozycja 2 i 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 22 pozycji 2 i 3, wydzielenie pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 209**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 210****Dotyczy Zadania 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści aparat infuzyjny z regulatorem przepływu z podziałką 5, 10, 20, 30 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 211****Dotyczy Zadania 9 pozycja 1-3**

Czy Zamawiający oczekuje we wszystkich pozycjach tego samego producenta?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 212****Dotyczy Zadania 12 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem, który skalowany jest co 2 ml przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 213****Dotyczy Zadania 21 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o filtracji 99,999%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 214**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o wadze 46 g i przestrzeni martwej 60 ml przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 215**

**Dotyczy Zadania 21 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o filtracji 99,999%, wydajności nawilżenia 32 mg i masie 30 g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 216**

**Dotyczy Zadania 29 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne w rozmiarach 2,5 i 4,0 przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 217**

**Dotyczy Zadania 45 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przewód do cytoskopu/resektoskopu z końcówką wykonaną z PCV przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Jolanta Leśniewska**