



# MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 145 fax (+48 22) 613 19 92 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) [zamowienia@mssw.pl](mailto:zamowienia@mssw.pl)

*Warszawa, dnia 24.05.2019 r.*

## WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „zakup tomografu komputerowego 64 - rzędowego wraz z montażem,, postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 091-218108 z dnia 13.05.2019r, oraz na własnej stronie internetowej i tablicy.

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę w dniu 22.05.2019r.

Treść niniejszego wyjaśnienia przesyła się wszystkim wykonawcom, którzy dotychczas zwrócili się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej ( bez ujawniania źródła zapytania ).

1. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania wizji lokalnej w dniu 28.05.2019r. o godzinie 11:00

### Odpowiedź:

**Zamawiający wyznacza termin wizji lokalne na dzień 28.05.2019r. o godzinie 11:00. Zbiórka przy Dziale Zamówień Publicznych Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego.**

2. Prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującym zakresie.

Czy zamawiający dopuści bezwzględowy wstrzykiwacz dwukanałowy o parametrach :

- pamięć 20 bibliotek, 4 000 protokołów
- 24 000 iniekcji, 300 000 zdarzeń
- Objętość na fazę 1-220ml
- liczba faz –6
- prędkość przepływu –0,3-10,0ml/s
- 2 ekrany dotykowe (na głowicy i konsoli)
- do użytku z jednym lub dwoma roztworami
- protokoły jednoczesnego wstrzykiwania środków kontrastowych i soli fizjologicznej
- opóźnienie fazy 0-900s

### Odpowiedź:

**Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. LECZNICTWA  
dr n. med. Witold Piko-Pietkiewicz