

Parametry techniczne

Zadanie 2. Soczewki wewnątrzgałkowe

Soczewki zwijalne, tylnokomorowe, jednoczęściowe, bezbarwne				Treść oferty
1.	Średnica części optycznej	6,0 mm	TAK	
2.	Całkowita długość soczewki	13,0 mm	TAK	
3.	Zakres dioptrażu	od -10,0 D do +10,0D co 1,0D, od +10,0D do +30,0D co 0,5 D, od 30,0D do +40,0D co 1,0D	TAK	
4.	Wymagana konstrukcja	Jednoczęściowa z dwoma haptenami	TAK	
5.	System implantacji	Jednorazowy indzektor i kartridż do cięcia 2,2 mm	TAK	
6.	Materiał	akryl hydrofilny	TAK	
7.	Optyka	asferyczna	TAK	
8.	Uwodnienie	Równe lub większe 26%	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
9.	Haptyka	Dwie części haptyczne o kształcie C-loop, w każdym z haptyków znajdują się po dwa otwory fenestracyjne	TAK	
10.	Krawędzie	podwójne ostre krawędzie - 360° zapobiegające migracji komórek	TAK	
11.	Angulacja	9 stopni	TAK	
12.	Indeks refrakcji	Mniejszy lub równy 1,46	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
13.	Filtry	Filtr UV: benzofenon	TAK	