

Zadanie 3 Wstrzykiwacz automatyczny

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU	WARTOŚĆ WYMAGANA /OCENIANA	PARAMETRY OFEROWANE
<u>PARAMETRY PODSTAWOWE</u>			
1.	Głowica montowana na statywie jezdny (może być montowana do stołu lub podwieszona do sufitu).	Tak, podać	
2.	Wyzwalanie strzykawki w sali zabiegowej i/lub sterowni.	Tak, podać	
3.	Możliwość zintegrowania z angiografem.	Tak, podać	
4.	System ogrzewania kontrastu.	Tak, podać	
5.	Ręczne i automatyczne napełnianie wkładów.	Tak, podać	
6.	Monitor sterujący z panelem dotykowym.	Tak, podać	
7.	Głowica strzykawki dostosowana do wkładów o pojemności 150 ml.	Tak, podać	
8.	Zasilanie bezpośrednio ze źródła napięcia 220V ~ 230V (bez konieczności stosowania dodatkowych baterii).	Tak, podać	
9.	Pamięć protokołów badań: równa/większa 40.	Tak, podać	
10.	Menu wstrzykiwacza w języku polskim.	Tak, podać	

11.	Instrukcja postępowania wyświetlania w trakcie pracy na monitorze sterującym (tzw. asystent użytkownika).	Tak, podać	
12.	W zestawie z wstrzykiwaczem 50 wkładów o pojemności 150 ml kompatybilnych z urządzeniem.	Tak, podać	
13.	Minimalne natężenie przepływu nie mniejsze/równe 0,1 ml/s.	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
14.	Maksymalne natężenie przepływu równe/większe 45 ml/s.	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
15.	Maksymalne ciśnienie przepływu mniejsze/równe 100 psi.	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
16.	Maksymalne ciśnienie przepływu równe/większe 1200 psi.	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	
17.	Możliwość serwisu zdalnego poprzez tunel VPN.	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	

.....

(podpis wykonawcy)