

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2
TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92
e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw.pl

Warszawa, dnia 30.06.2020 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **dostawę koncentratów do hemodializ oraz specjalistycznego środka do dezynfekcji aparatu do hemodializ** w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-27/N/20 (ogłoszenie w BZP na portalu UZP z dnia 25.06.2020 r. nr 554447-N-2020)

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniu 25 i 29.06.2020 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 wymaga zgodnie z instrukcją obsługi aparatu do hemodializ Fresenius 4008 S, by dezynfektant do termochemicznej dezynfekcji wewnętrznej zawierał 21 gramów kwasu cytrynowego w 100 gramach środka, oraz spełniał pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu nr 1 poz. 1 koncentratów o stężeniu Na⁺ 138-140 mmol/l. Pozostałe zapisy bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Witold Pikto - Pietkiewicz