

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO

Nazwa i typ aparatu :

Producent:

Lp.	OPIS PARAMETRÓW	TREŚĆ OFERTY
1.	ROK PRODUKCJI /2015, LUB FABRYCZNIE NOWY, CE	
2.	PEŁNY AUTOMAT – APARAT WYKONUJE CAŁĄ PROCEDURĘ OD WŁOŻENIA PRÓBKII DO PRZESŁANIA WYNIKU DO SYSTEMU INFORMATYCZNGO	
3.	ANALIZATOR MA PRACOWAĆ NA KASETACH SZEŚCIOPANELOWYCH	
4.	ANALIZATOR Z SYSTEMEM CHŁODZENIA ODCZYNNIKÓW KRWINKOWYCH NA JEGO POKŁADZIE. MINIMALNY OKRES PRZECHOWYWANIA KRWINEK W WARUNKACH CHŁODZENIA WYNOŚI 5 DNI	
5.	ANALIZATOR MA PRACOWAĆ NA TRZYKRWINKOWYCH ZESTAWACH KRWINEK DO OZNACZANIA ALLOPRZECIWCIAŁ	
6.	KASETY DO PRACY MAJĄ BYĆ PRZECHOWYWANE W TEMPERATURZE POKOJOWEJ LUB ŁODÓWCE	
7.	ANALIZATOR WYKONUJE WSZYSTKIE BADANIA PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZLECAJĄCEGO	
8.	ANALIZATOR Z OPROGRAMOWANIEM UMOŻLIWIAJĄCYM ZARZĄDZANIE PRACOWNIĄ SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ I BANKIEM KRWI, DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA	
9.	PROGRAM UMOŻLIWIA WYDRUKOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WYKONYWANYCH BADAŃ WRAZ Z KONTROLĄ JAKOŚCI. DOKUMENTACJA MA BYĆ ZGODNA Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI	

10.	ANALIZATOR MA MOŻLIWOŚĆ DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM LABORATORIUM „INFOMEDICA” . PRZENIESIENIE AKTUALNEJ BAZY DANYCH Z WYNIKAMI PACJENTÓW DO OFEROWANEGO PRZEZ SIEBIE OPROGRAMOWANIA NA KOSZT WYKONAWCY	
11.	PODŁĄCZENIE ANALIZATORA DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO LABORATORIUM NA KOSZT WYKONAWCY W CIĄGU 30 DNI OD ZAINSTALOWANIA	
12.	ANALIZATOR MA WBUDOWANY CZYTNIK KODÓW PASKOWYCH	
13.	WYKONAWCA ZAPEWNI ANALIZATOR ZAPASOWY LUB INNY SYSTEM WYKONYWANIA BADAŃ NA WYPADEK AWARII GŁÓWNEGO ANALIZATORA	
14.	WYKONAWCA ZAPEWNI LABORATORIUM UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ KONTROLI JAKOŚCI WYKONYWANYCH BADAŃ ORAZ KONTROLĘ PROWADZONĄ PRZEZ IHiT PRZYNAJMNIEJ 4 RAZY DO ROKU	
15.	WYKONAWCA ZAPEWNI BEZPŁATNE PRZEGLĄDY WALIDACYJNE	
16.	ANALIZATOR MA BYĆ DOSTARCZONY Z ODPOWIEDNIKIEM UPS, KOMPUTERAMI, DRUKARKAMI I INNYM SPRZETEM NIEZBĘDNYM DO JEGO PRACY	
17.	WYKONAWCA ZAPEWNI KLIMATYZATOR NA CZAS UMOWY (WRAZ Z PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI)	

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.....

(podpis Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa odczynnika	Ilość badań w okresie 36 miesięcy	Cena za jedno badanie + koszty *	Ilość w opakowaniu	Ilość pełnych opakowań	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość ogólna netto (6 x 7)	Podatek VAT		Wartość ogólna brutto (8 + 10)	Producent i nr katalogowy
								%	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GRUPA KRWI	39 000									
2.	PRÓBA ZGODNOŚCI BIORCY	8 000									
3.	PRÓBA ZGODNOŚCI DAWCY	17 000									
4.	PRZECIWCIAŁA CIĘŻARNYCH	1 000									
5.	SKRINING PRZECIWCIAŁ (GRUPY KRWI, BIORCY, CIĘŻARNE)	50 000									
Wartość ogółem :											

* Kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i inne konieczne do wykonania podanej ilości badań (należy wymienić)

1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
Wartość ogółem :											

Dzierżawa analizatorów	Koszt dzierżawy netto za 1 miesiąc	koszt dzierżawy za okres 36 miesięcy			
		Łączny koszt dzierżawy netto	Podatek		Łączny koszt dzierżawy brutto
			%	Kwota	
Analizator serologiczny					

Łączna wartość oferty (odczynniki + kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne + dzierżawa analizatora) wynosi :

netto zł

brutto zł (słownie złotych)

WARUNKI WYMAGANE:

1. w kolumnie nr 6 należy stosować zaokrąglenia w górę do pełnego opakowania
2. W cenie jednego badania muszą zawierać się wszystkie materiały konieczne do jego wykonania tj.: kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne
3. Odczynniki i materiały konieczne do wykonywania badań muszą wystarczyć na zakontraktowaną ilość badań.

UWAGA:

1. Badania nie zawierają screeningu alloprzeciwciał
2. Próba zgodności biorcy – tylko oznaczenie antygenów ABD
3. Próba zgodności dawcy – oznaczenie antygenów ABD i właściwa próba krzyżowa

Codzienna kontrola jakości:

dwa razy na dobę – dwa razy screening przeciwciał

jeden raz na dobę – jeden raz grupa skrócona

jeden raz na dobę – dwa razy grupa bez screeningu z rewersem

Dodatkowo:

Krwinki A1B – zwiększono do 200 op.

Krwinki do screeningu – zwiększono do 220 op.

Karty BTA (IgG C3d CTL) – 3 op. na 3 lata

.....
(podpis Wykonawcy)

KRYTERIA OCENY OFERT:

60% CENA

40% PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE (OCENIANE)

Lp.	Opis	Ocena	Treść oferty
1.	Analizator umożliwia wykonanie badań na kasetach do wykrywania większości odmian słabego lub częściowego antygenu D	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
2.	Analizator pracuje z wydajnością minimum 30 oznaczeń na godzinę w zakresie antygeny grupowe ABD, izoaglutyniny A1/B oraz screening przeciwciał w PTA LISS	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
3.	Stołość odczynników krwinkowych na pokładzie analizator w warunkach chłodzenia	Powyżej 5 dni – 10 pkt. Poniżej lub równe 5 dni – 0 pkt.	
4.	Ciągłe doładowywanie próbek i odczynników bez zatrzymywania pracy analizatora, zdublowane pojemniki na sole płuczące i odpady płynne	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
5.	Wszystkie karty / kasety przechowywane w temperaturze pokojowej	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
6.	Podłączenie on-line do serwisu technicznego Wykonawcy umożliwiające nadzór nad aparatem i zdalną pomoc techniczną i aplikacyjną. Infolinia dostępna 7 dni w tygodniu w godz. 8-20, w szczególnych przypadkach całodobowo	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	

.....
(podpis Wykonawcy)